



Navodila za uporabo

RadiForce® RX570

Barvni LCD monitor

Pomembno

Pred uporabo preberite Navodila za uporabo in Priročnik za namestitvev.

- Za nastavitve in prilagoditve monitorja glejte priročnik za namestitvev.
- Najnovejše informacije o izdelku, vključno z navodili za uporabo, so na voljo na naši spletni strani.
www.eizoglobal.com

SIMBOLI

V tem priročniku in na tem izdelku so uporabljeni simboli, navedeni v nadaljevanju. Označujejo pomembne informacije. Skrbno jih preberite.

 OPOZORILO	Neupoštevanje informacij v OPOZORILU lahko povzroči hude poškodbe ter ogrozi življenje.
 POZOR	Neupoštevanje informacij v poglavju POZOR lahko povzroči zmerne poškodbe in/ali škodo na lastnini ali izdelku.
	Prikazuje opozorilo ali pozor. Na primer,  prikazuje nevarnost »električnega šoka«.
	Prikazuje prepovedano dejanje. Na primer,  pomeni »Ne razstavljajte«.

Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen. Če uporabljate zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v specifikacijah.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, shraniti v sistem za iskanje ali ga prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko, mehansko ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja korporacije EIZO.

Družba EIZO Corporation ni dolžna hraniti zaupnih predloženih materialov ali informacij, razen če se predhodno ne dogovorijo na podlagi prejema omenjenih informacij od družbe EIZO Corporation. Čeprav smo si po najboljših močeh prizadevali zagotoviti, da ta priročnik vsebuje najnovejšo informacijo, upoštevajte, da se lahko specifikacije produkta EIZO spremenijo brez predhodnega obvestila.


PREVIDNOSTNI UKREPI

Pomembno

Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen. Če uporabljate zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval, kot je navedeno v specifikacijah.

Za osebno varnost in pravilno vzdrževanje skrbno preberite poglavje »PREVIDNOSTNI UKREPI« in opozorila o monitorju.

Mesto opozoril



Simboli na izdelku


Simbol	Ta simbol prikazuje
	Stikalo električnega napajanja: Pritisnite, da izklopite električno napajanje monitorja.
	Stikalo električnega napajanja: Pritisnite, da vklopite električno napajanje monitorja.
	Gumb vklop/izklop: Pritisnite, da vklopite ali izklopite napajanje monitorja.
	Izmenični tok
	Opozorilo nevarnosti električnega šoka
	POZOR
	Oznaka OEEO: Izdelek je treba odstraniti ločeno; materiali se lahko reciklirajo.
	Oznaka CE: Oznaka skladnosti EU v skladu z določbami Direktive Sveta in/ali Uredbe (EU).
	Proizvajalec
	Datum proizvodnje

PREVIDNOSTNI UKREPI

Simbol	Ta simbol prikazuje
	Pozor: Zvezna zakonodaja (ZDA) omejuje prodajo te naprave na pooblaščenega zdravstvenega delavca ali na njegovo naročilo.
EU Importer	Uvoznik v EU
	Oznaka UKCA: Oznaka, ki označuje skladnost s predpisi Združenega kraljestva
	Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
	Pooblaščen zastopnik v Švici
	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
	Edinstven identifikator naprave
	Medicinski pripomoček *Uporabnost za medicinske pripomočke se razlikuje glede na državo.
	Simbol za recikliranje valovitega kartona, ki se uporablja za pakiranje
	Simbol za recikliranje
	Označevanje materialov valovitega kartona na podlagi Evropske direktive o odpadni embalaži
	Največja omejitev zlaganja (število v simbolu se razlikuje glede na izdelek.)
	Ta stran navzgor
	Hranite suho
	Krhko
	Glejte uporabniški priročnik.

OPOZORILO

 OPOZORILO
Če enota začne oddajati dim, smrdi po zažganem ali oddaja čudne zvoke, nemudoma izklopite vse električne priključke in za nasvet stopite v stik s svojim predstavnikom EIZO. Poskus uporabe okvarjene enote lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.
 OPOZORILO
Ne razstavljajte ali spreminjajte enote. Odpiranje omarice lahko povzroči električni udar ali opekline zaradi visokonapetostnih ali visokotemperaturnih delov. Spreminjanje enote lahko povzroči požar ali električni šok. 
 OPOZORILO
Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje. Izdelka ne skušajte popraviti sami, saj lahko z odpiranjem in odstranjevanjem pokrovov povzročite požar, električni šok ali poškodbo opreme.
 OPOZORILO
Držite enoto v stran od tujkov ali tekočin. Kovinski deli, vnetljivi materiali ali tekočine, ki nenamerno padejo v omarico, lahko povzročijo požar, električni šok ali poškodbe opreme. Če predmet pade/se tekočina razlije v omarico, nemudoma izklopite enoto iz električnega omrežja. Pred uporabo naj enoto preveri usposobljen servisni inženir. 
 OPOZORILO
Enoto postavite na trdno in stabilno mesto. Enota, postavljena na neustrezno površino, lahko pade in povzroči poškodbe. Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko povzroči požar ali električni šok.

 OPOZORILO Enoto uporabljajte na ustreznem mestu. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega šoka ali poškodbe opreme. • Enote ne nameščajte zunaj. • Enote ne nameščajte v nobenih prevoznih sredstvih (ladjah, letalih, vlakih, avtomobilih itd.). • Enote ne nameščajte v prašnih in vlažnih okoljih. • Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko voda poškropi ekran (v kopalnicah, kuhinjah itd.). • Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko ekran pride v neposreden stik s paro. • Enote ne nameščajte v bližini vlažilnikov ali naprav, ki oddajajo toploto. • Enote ne nameščajte na mestih, kjer je izpostavljena neposredni sončni svetlobi. • Enote ne nameščajte v okoljih z vnetljivim plinom. • Enote ne nameščajte v okoljih s korozivnimi plini (kot so žveplov dioksid, vodikov sulfid, dušikov dioksid, klor, amoniak in ozon). • Enote ne nameščajte v prašnih okoljih s snovmi, ki pospešujejo korozijo v atmosferi (kot sta natrijev klorid in žveplo), prevodnimi kovinami in tako naprej. 
 OPOZORILO Plastično embalažo hranite izven dosega dojenčkov in otrok. Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev.
 OPOZORILO Uporabite priložen električni kabel in priključite enoto na standardno električno vtičnico v vaši državi. Prepričajte se, da enoto uporabljate v obsegu navedene napetosti električnega kabla. V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali električni šok. Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz
 OPOZORILO Pri izklopu električnega kabla trdno primite vtič in ga povlecite. Z vlečenjem kabla ga lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali električni šok.  OK   
 OPOZORILO Oprema mora biti priključena na ozemljeno omrežno vtičnico. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka. 

 OPOZORILO Uporabite pravilno napetost. • Enota je zasnovana samo za uporabo z določeno napetostjo. Priklučitev na drugo napetost kot napetost, navedeno v teh »Navodilih za uporabo«, lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme. Napajanje: 100 – 240 Vac 50/60 Hz • Ne preobremenite električnega tokokroga, saj lahko to povzroči požar ali električni šok.
 OPOZORILO Z električnim kablom ravnajte previdno. Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov in ne vlecite ali vozajte električnega kabla. Uporaba poškodovanega električnega kabla lahko povzroči požar ali električni šok. 
 OPOZORILO Upravljevec se med dotikanjem izdelka ne sme dotikati bolnika. Ta izdelek ni zasnovan za stik z bolnikom. 
 OPOZORILO Vtiča ali električnega kabla se nikoli ne dotikajte, če začne grmeti. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka. 
 OPOZORILO Pri pritrditvi stojala za roke glejte uporabniški priročnik za stojalo za roke in enoto varno namestite. V nasprotnem primeru se enota lahko sname, kar lahko povzroči poškodbe in/ali škodo na opremi. Pred namestitvijo se prepričajte, da imajo mize, stene ali katera koli druga površina namestitve ustrezno mehansko trdnost. Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko povzroči požar ali električni šok. Ko ponovno pritrdite nagibno stojalo, uporabite iste vijake in jih varno privijte.
 OPOZORILO Poškodovanega prikaza LCD se ne dotikajte z golimi rokami. Pri neposrednem stiku katerega koli dela kože s prikazom LCD kožo temeljito sperite. Če tekoči kristali zaidejo v oči ali usta, jih nemudoma sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. V nasprotnem primeru lahko pride do toksične reakcije. 
 OPOZORILO Za postavitve na visokih lokacijah prosite za pomoč strokovnjaka. Pri nameščanju monitorja na visoko mesto obstaja nevarnost, da izdelek ali njegovi deli padejo in povzročijo poškodbe. Za pomoč prosite nas ali strokovnjaka, ki je specializiran za gradbena dela pri namestitvi monitorja, vključno s pregledom izdelka glede morebitnih poškodb ali deformacij pred in po namestitvi monitorja.

POZOR

POZOR

Pred uporabo preverite stanje delovanja.

Enoto pričnite uporabljati šele, ko se prepričate, da s prikazano sliko ni nobenih težav.

Če uporabljate več enot, jih pričnite uporabljati šele, ko se prepričate, da so slike prikazane pravilno.

POZOR

Varno pritrdite kable/žice, ki imajo napravo za pritrditev.

Če kablji / žice niso varno pritrjeni, se lahko ločijo, zaradi česar se slike izklopijo in prekinajo vaše aktivnosti.

POZOR

Ko premikate enoto, odklopite kable in odstranite dodatke.


V nasprotnem primeru se lahko kablji ali dodatki med premikanjem snamejo, kar povzroči poškodbe.

POZOR

Enoto prenašajte, oziroma namestite skladno z navedenimi načini.

- Ko premikate izdelek, trdno držite spodnji del zaslona.
- Monitorji z velikostjo 30 ali več palcev so težki. Monitor morata razpakirati oziroma prenašati vsaj dve osebi.
- Če ima model vaše naprave ročaj na zadnji strani monitorja, primite in trdno držite dno in ročaj monitorja.

Padeč enote lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.



POZOR

Bodite previdni, da ne stisnete rok.

Če nenadoma uporabite silo na monitor, da prilagodite njegovo višino ali kot, se lahko vaše roke stisnejo in poškodujejo.

POZOR

Ne prekrivajte rež ventilatorja na omarici.

- Ne postavljajte predmetov na reže ventilatorja.
- Enote ne nameščajte na mesta s slabim prezračevanjem ali z nezadostnim prostorom.
- Enote ne uporabljajte položene ali obrnjene.

Prekrivanje rež ventilatorja preprečuje zadostni pretok zraka in lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.



 POZOR Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.  
 POZOR Ne postavljajte predmetov okoli električnega vtiča. Tako boste v primeru težav lahko hitro izklopili električni vtič, da preprečite požar ali električni šok. 
 POZOR Redno čistite površino okrog električnega kabla in rež ventilatorja monitorja. Prah, voda ali olje, zlepljeno v tem območju, lahko povzroči požar.
 POZOR Pred čiščenjem izklopite enoto iz električnega omrežja. Čiščenje enote, ki je priključena v električno omrežje, lahko povzroči električni šok.
 POZOR Če enote ne boste uporabljali dalj časa, jo zaradi varnosti in varčevanja z energijo izklopite in izključite električni vtič iz električnega omrežja.
 POZOR Ta izdelek odstranite v skladu z zakoni kraja ali države prebivališča.
 POZOR Za uporabnike na območju EGP in v Švici: uporabnik mora vsako hudo nesrečo, ki se je pripetila v povezavi z napravo, prijaviti proizvajalcu ter pristojnemu organu v državi članici prebivališča uporabnika in/ali bolnika.

Opomba za ta monitor

Indikacije za uporabo

Ta izdelek je namenjen uporabi v kliničnih radioloških slikah (vključno s celotno digitalno mamografijo in digitalno tomosintezo dojke) za pregled, analizo in diagnosticiranje s strani usposobljenih zdravnikov.

Pozor

- Mamografskih slik s stiskanjem z izgubo ne smemo pregledovati za interpretacijo primarnih slik. Mamografske slike je mogoče razlagati le z uporabo zaslona, ki ga je odobrila FDA, ki ustreza tehničnim specifikacijam, ki jih je pregledala in sprejela FDA.
- Ta izdelek ni namenjen za in vitro diagnostično uporabo.
- Garancija izdelka ne krije drugih uporab, razen tistih, navedenih v tem priročniku.
- Specifikacije, navedene v tem priročniku, veljajo samo pri uporabi napajalnih kablov, ki so priloženi izdelku, in signalnih kablov, ki jih določa EIZO.
- S tem izdelkom uporabljajte samo izdelke dodatne opreme EIZO, ki jih je določil EIZO.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Deli (kot so LCD zaslon in ventilator) se lahko obrabijo, če jih uporabljate v daljšem časovnem obdobju. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.
- Če se slika ekrana po daljšem prikazu iste slike spremeni, se lahko ohrani paslika. V izogib prikazovanja iste slike dalj časa uporabljajte ohranjevalnik zaslona ali funkcijo varčevanja z energijo. Paslika se lahko pojavi tudi po kratkem času, odvisno od prikazane slike. Če želite odstraniti tak pojav, spremenite sliko ali za nekaj ur izklopite napajanje.
- Zaslon monitorja se stabilizira v nekaj minutah. Ko vklopite monitor ali ko se monitor ponovno zažene iz načina varčevanja z energijo, pred njegovo ponovno uporabo počakajte nekaj ali več minut.
- Če monitor deluje neprestano dalj časa, se lahko pojavijo madeži ali ožigi. Za podaljšanje življenjske dobe monitorja vam priporočamo, da ga redno izklapljate.
- Osvetlitev ozadja LCD prikaza ima fiksno življenjsko dobo. Glede na vzorec uporabe, na primer dolgotrajno neprekinjeno delovanje, se lahko življenjska doba osvetlitve ozadja izteče bistveno prej, zato je osvetlitev treba zamenjati. Če ekran postane temen ali prične migljati, stopite v stik z lokalnim predstavnikom EIZO.
- Zaslon ima lahko okvarjene slikovne pike ali majhno število svetlobnih pik na zaslonu. To je posledica značilnosti samega LCD zaslona in ne predstavlja okvare izdelka.
- Ne pritiskajte močno na površino ali zunanji okvir LCD prikaza, saj lahko to povzroči okvare zaslona, kot so interferenčni vzorci itd. Če na površino LCD prikaza neprekinjeno pritiskate, se lahko tekoči kristal poškoduje ali pa se LCD prikaz uniči. (Če na LCD prikazu ostanejo sledi pritiska, preklopite monitor na črn ali bel ekran. Napaka lahko izgine.)
- Zaslona ne praskajte in ne pritiskajte na LCD zaslon z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete LCD zaslon. Zaslona ne drgnite s krpo, saj ga lahko popraskate.
- Ne dotikajte se kalibracijskega senzorja (integriranega sprednjega senzorja). S tem lahko zmanjšate natančnost merjenja ali povzročite škodo na opremi.
- Glede na okolje se lahko vrednost, ki jo izmeri vgrajeni senzor osvetljenosti, razlikuje od vrednosti, prikazane na samostojnem osvetljevalniku.
- Če izdelek prenesete v hladen prostor, če temperatura nenadoma naraste ali če izdelek prenesete iz hladnega v tople prostor, se lahko na njegovi površini ali v notranjosti

nabere kondenzat rose. V tem primeru izdelka ne vklopite. Počakajte, da kondenzat izgine, saj se lahko izdelek v nasprotnem primeru poškoduje.

Za dolgotrajno uporabo monitorja

Nadzor kakovosti

- Na kakovost prikaza monitorjev vplivata raven kakovosti vhodnih signalov in poškodbe izdelka. Opravite vizualne preglede in redne teste doslednosti (vključno s preverjanjem sivine), da bo oprema v skladu z zdravstvenimi standardi/smernicami glede na vašo uporabo, in po potrebi izvedite umerjanje. Programska oprema (izbirno) za nadzor kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti, ki ustreza zdravstvenim standardom/smernicam.
- Počakajte 15 minut ali več po tem, ko je bil monitor vklopljen ali pa se je povrnil iz načina varčevanja z energijo, preden izvedete različne teste za nadzor kakovosti, umerjanje ali nastavitve zaslona monitorja.
- Priporočamo, da monitorje nastavite na priporočeno ali nižjo raven, da znižate spremembe svetilnosti zaradi dolgotrajne uporabe in ohranite stabilno svetlost.
- Če želite rezultate meritev vgrajenega senzorja za umerjanje (integriranega sprednjega senzorja) prilagoditi tistim zunanjega senzorja, ki se prodaja ločeno, izvedite korelacijo med integriranim sprednjim senzorjem in zunanjim senzorjem z uporabo RadiCS (izbirni dodatek)/RadiCS LE (priložen). Periodična korelacija vam omogoča, da ohranite rezultat merjenja integriranega sprednjega senzorja na ravni, ki je enaka ravni zunanjega senzorja. Natančnost integriranega sprednjega senzorja tega izdelka je v tovarniških nastavitvah optimizirana za pokončni prikaz. Ko izvajate nadzor kakovosti z integriranim sprednjim senzorjem v ležečem prikazu, se prepričajte, da izvajate korelacijo v ležečem prikazu. Za podrobnosti o korelaciji glejte Navodila za uporabo RadiCS/RadiCS LE.

Pozor

- Stanje zaslona monitorja se lahko nepričakovano spremeni zaradi napake v delovanju ali nepričakovane spremembe nastavitve. Po prilagoditvi zaslona monitorja je priporočljiva uporaba monitorja z zaklenjenimi stikali za upravljanje. Za podrobnosti o nastavitvah glejte Uporabniški priročnik (na CD-ju).

Čiščenje

- Priporočamo vam, da izdelek redno čistite, saj boste le tako ohranili njegov izgled in podaljšali njegovo življenjsko dobo.
- Umazanijo na izdelku nežno obrišite z majhno količino vode ali mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom, razredčenim v vodi.

Pozor

- Ne uporabljajte razredčil, benzena, voska ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo izdelek.
- Uporaba alkohola ali drugih kemikalij za dezinfekcijo lahko povzroči razpoke, spremembe sijaja, razbarvanje, bledenje ali poslabšanje kakovosti slike zaslona. Pri uporabi izdelka bodite pozorni na naslednje točke.
 - Pazite, da kemikalije ne pridejo v neposreden stik z izdelkom.
 - Ne uporabljajte mokrih brisalcev, ki so bili impregnirani s kemično raztopino, saj lahko vsebujejo veliko tekočine.
 - Ne dovolite, da kemikalije vstopijo v vrzeli ali notranjost izdelka.
- Za več informacij o čiščenju in razkuževanju obiščite naše spletno mesto. Preverjanje: Odprite www.eizoglobal.com in za iskanje vnesite »disinfect« v polje za iskanje

Razkuževanje s kemikalijami

- Za nežno brisanje uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo s čistilno raztopino. Pri razkuževanju izdelka je priporočljiva uporaba kemikalij, ki jih je testiral EIZO (glejte spodnjo tabelo). Upoštevajte, da tudi če uporabljate te kemikalije, ni nobenega zagotovila, da se izdelek ne bo poškodoval ali pokvaril.

Razvrstitev	Tip kemikalije	Koncentracija
Alkoholi	Etanol	70v/v%
Alkoholi	Izopropanol	70v/v%
Na osnovi klora	Natrijev hipoklorit	0,1 %
Amfoterne površinsko aktivne snovi	Alkildiaminoetilglicin hidroklorid	0,2 %
Kvartarna amonijeva sol	Benzalkonijev klorid	0,2 %
Bigvanid	Klorheksidin glukonat	0,1 %
Oksidacijsko sredstvo	Pospešena raztopina vodikovega peroksida	0,5%

Udobna uporaba monitorja

- Preveč temen ali svetel zaslon lahko vpliva na vaše oči. Prilagodite svetlost monitorja glede na okoljske razmere.
- Dolgo gledanje v monitor utruja vaše oči. Vsako uro naredite 10 minuten odmor.
- Glejte zaslon z ustrezne razdalje in pod ustreznim kotom.

Opozorila in odgovornosti glede kibernetске varnosti

- Posodobitev vdelane programske opreme je treba izvesti prek EIZO Corporation ali njenega distributerja.
- Če EIZO Corporation ali njegov distributer naročita posodobitev vdelane programske opreme, jo takoj posodobite.

VSEBINA

PREVIDNOSTNI UKREPI	3
Pomembno	3
Mesto opozoril	3
Simboli na izdelku	3
OPOZORILO	5
POZOR	8
Opomba za ta monitor	10
Indikacije za uporabo	10
Previdnostni ukrepi za uporabo	10
Za dolgotrajno uporabo monitorja	11
Nadzor kakovosti	11
Čiščenje	11
Razkuževanje s kemikalijami	12
Udobna uporaba monitorja	12
Opozorila in odgovornosti glede kibernetске varnosti	12
1 Uvod	15
1.1 Lastnosti	15
1.1.1 Preprosta napeljava kablov	15
1.1.2 Hibridni enobarvni in barvni zaslon	15
1.1.3 Podpora za funkcionalnost PinP	15
1.1.4 Nadzor kakovosti	16
1.1.5 Opremljen s funkcijo hitrega polnjenja USB Type-C® (v nadaljevanju USB-C®)	16
1.1.6 Prihranek prostora	16
1.1.7 Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico	17
1.2 Vsebina paketa	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 Uporaba RadiCS LE	19
1.3 Ukazi in funkcije	20
1.3.1 Spredaj	20
1.3.2 Zadaj	21
2 Namestitvev/priključitev	23
2.1 Pred namestitvijo	23
2.1.1 Pogoji namestitve	23
2.2 Povezovanje kablov	24
2.3 Vklop električnega napajanja	28
2.4 Prilagajanje višine in kota zaslona	28

3	Težava ni slike	29
4	Specifikacije.....	31
4.1	Seznam specifikacij.....	31
4.1.1	Vrsta.....	31
4.1.2	LCD plošča	31
4.1.3	Video signali.....	31
4.1.4	USB.....	32
4.1.5	Energija.....	32
4.1.6	Fizične specifikacije	32
4.1.7	Okoljske zahteve za obratovanje	32
4.1.8	Pogoji transporta/skladiščenja	32
4.2	Združljive ločljivosti	33
4.3	Dodatki	33
	Priloga	34
	Zdravstveni standard.....	34
	Razvrstitev opreme	34
	Informacije o elektromagnetni združljivosti	35
	Okolja namenske uporabe	35
	Tehnični opisi	36

1 Uvod


Zahvaljujemo se vam za nakup barvnega LCD monitorja EIZO.

1.1 Lastnosti

1.1.1 Preprosta napeljava kablov

Poleg vhodnega priključka DisplayPort™ je na voljo tudi izhodni priključek.

Preko izhodnega priključka (P) se lahko signal posreduje na drug monitor.




1.1.2 Hibridni enobarvni in barvni zaslon

Ko je omogočena funkcija Hybrid Gamma PXL samodejno razlikuje med enobarvnimi in barvnimi deli iste slike na ravni slikovnih pik in jih prikaže v optimalnih gradientih.


1.1.3 Podpora za funkcionalnost PinP

Opremljen s funkcionalnostjo PinP (Slika v sliki), ki se lahko uporablja za prikaz vhodnega video signala, ki ni istočasno tudi glavni video vhod v podoknu. Podokno PinP je po potrebi lahko prikazano ali skrito.



1.1.4 Nadzor kakovosti


- Monitor ima vgrajen senzor za umerjanje (vgrajen sprednji senzor). S tem senzorjem lahko monitor izvaja neodvisno umerjanje (SelfCalibration) in preverjanje sivine.



- Uporaba priloženega RadiCS LE vam omogoča izvajanje kalibracije monitorja in upravljanje zgodovine.
- Programska oprema za nadzor kakovosti RadiCS omogoča izvajanje nadzora kakovosti, ki ustreza zdravstvenim standardom/smernicam.


1.1.5 Opremljen s funkcijo hitrega polnjenja USB Type-C® (v nadaljevanju USB-C®)

Ta vam omogoča, da v kratkem času napolnite pametni telefon ali tablični računalnik.



1.1.6 Prihranek prostora

Na voljo je več priključkov USB (zgoraj). Z enim kompletom naprav USB (miška, tipkovnica itd.) lahko upravljate nekaj računalnikov.



Pozor

- Izdelku je priložen samo en kabel USB. Pri povezovanju, kot je opisano zgoraj, posebej pripravite zahtevano številko.

1.1.7 Uporaba monitorja z miško ali tipkovnico

Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS/RadiCS LE omogoča izvajanje naslednjih postopkov z miško in tipkovnico:

- Preklop načinov stikala CAL
- Preklop vhodnih signalov
- Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-and-Focus)
- Prikazovanje ali skrivanje podokna PinP (Hide-and-Seek)
- Preklapljanje med računalniki, ki uporabljajo naprave USB (Switch-and-Go)
- Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)
- Funkcija, ki začasno poveča svetlost za izboljšanje vidnosti diagnostičnih slik (Instant Backlight Booster)

Opomba

- Programska oprema RadiCS/RadiCS LE vam omogoča, da prikažete ali skrijete podokno PinP in hkrati preklopite računalnik, ki se uporablja za upravljanje naprav USB. Za več informacij o postopku nastavitve glejte navodila za uporabo RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Vsebina paketa

Prepričajte se, da so v paketu vsi naslednji deli. Če kateri manjka ali je poškodovan, se obrnite na prodajalca ali lokalnega predstavnika EIZO.

Opomba

- Priporočamo vam, da škatlo in embalažo shranite za kasnejše premikanje ali prevoz izdelka.

- Monitor
- Električni kabel



- Digitalni signalni kabel (DisplayPort–DisplayPort): PP300



- Kabel USB 2.0 (USB-A–USB-B): UU300



- EIZO LCD pomožni disk (CD-ROM)
- Navodila za uporabo

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM vsebuje naslednje elemente. Glejte »Readme.txt« na disku za postopke zagona programske opreme ali referenčne datoteke za postopke.

- Datoteka Readme.txt
- Programska oprema za nadzor kakovosti monitorja RadiCS LE (za Windows)
- Uporabniški priročnik
 - Navodila za uporabo za ta monitor
 - Priročnik za namestitev monitorja
 - Navodila za uporabo RadiCS LE
- Zunanje mere

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE vam omogoča izvajanje naslednjih postopkov nadzora in spremljanja kakovosti. Za več informacij o programski opremi ali postopkih namestitve glejte Navodila za uporabo RadiCS LE.

Nadzor kakovosti

- Izvajanje umerjanja
- Prikaz rezultatov preskusov v seznamu in ustvarjanje poročila o preskusu
- Nastavitev cilja in urnika izvajanja samodejnega umerjanja SelfCalibration

Postopki monitorja

- Preklop načinov stikala CAL
- Preklop vhodnih signalov
- Funkcije, ki delu zaslona dodeli poljuben način preklopa CAL in prikaže sliko (Point-and-Focus)
- Prikazovanje ali skrivanje podokna PinP (Hide-and-Seek)
- Preklapljanje med računalniki, ki uporabljajo naprave USB (Switch-and-Go)
- Vstop v način varčevanja z energijo (Backlight Saver)
- Funkcija, ki začasno poveča svetlost za izboljšanje vidnosti diagnostičnih slik (Instant Backlight Booster)
- Funkcija, ki samodejno prilagodi svetlost monitorja tako, da ustreza nivoju svetlobe v okolju, ko je nastavljena na besedilni način (Auto Brightness Control)

Pozor

- Specifikacije RadiCS LE se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejšo različico RadiCS LE lahko prenesete z našega spletnega mesta: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Uporaba RadiCS LE

Za informacije o namestitvi in uporabi RadiCS LE glejte Navodila za uporabo RadiCS LE (na CD-ju).

Ko uporabljate RadiCS LE, povežite monitor z računalnikom s priloženim kablom USB. Za več informacij o povezovanju monitorja, glejte [2.2 Povezovanje kablov](#) [► 24].


1.3 Ukazi in funkcije

1.3.1 Spredaj



1. Integriran sprednji senzor (premični)	Ta senzor se uporablja za umerjanje in preverjanje sivine.
2. Senzor osvetljenosti	Ta senzor meri osvetlitev okolja. Merjenje osvetlitve okolja se izvaja s programsko opremo za nadzor kakovosti RadiCS/RadiCS LE.
3. Stikala za upravljanje	Prikaže vodnik za upravljanje. Nastavite menije v skladu z navodili za uporabo.
4. Stikalo za vklop/izklop	Vklopi ali izklopi napajanje. Kazalnik stikala sveti, ko vklopite napajanje. Barva kazalnika se razlikuje glede na stanje delovanja monitorja. Zelena: Način običajnega obratovanja, oranžna: Način varčevanja z energijo, izklopljen: Glavno napajanje ali izklopljeno

1.3.2 Zadaj



1. Ročaj	Ta ročaj se uporablja za prenašanje. Pozor Med prenašanjem monitor trdno držite za ročaj in spodnji del, ob tem ne pritiskajte na LCD ploščo in ne spustite monitorja. Ne prijemajte območja senzorja, ki je na sprednji strani zaslona.
2. Stojalo	Nastavite višino in kot (nagib, zasuk, rotacijo) monitorja.
3. Priključek USB-C (samo hitro polnjenje)	Omogoča, da povežete in napolnite svoj pametni telefon ali tablico. Pozor Ne podpira video signalov ali podatkovne komunikacije
4. Priključek USB-A (dolvodni)	Povežite z napravo USB. Pri nameščanju marjetične verige, priključite kabel na vhodna USB vrata drugega monitorja.
5. Držalo za kabel	Omogoča, da so kabli lepo organizirani.
6. Reža za varnostno zaklepanje	Izpolnjuje Kensingtonov varnostni sistem MicroSaver.
7. Stikalo električnega napajanja	Vklopi ali izklopi električno napajanje. ○ : Izklopljeno, : Vklopljeno
8. Priključek USB-B (gorvodni)	Povezuje se z računalnikom pri uporabi programske opreme, ki zahteva povezavo USB, ali pri uporabi funkcije zvezdišča USB tega izdelka.
9. Priključek DVI-D	Priključen na računalnik z izhodom DVI.
10. Priključek vhoda DisplayPort	Priključi se na računalnik z izhodom DisplayPort.
11. Priključek izhoda DisplayPort	Pri nameščanju marjetične verige, priključite kabel v vhodni priključek DisplayPort drugega monitorja.

12. Napajalni konektor	Povezuje električni kabel.
-------------------------------	----------------------------

2 Namestitev/priključitev

2.1 Pred namestitvijo

Skrbno preberite [PREVIDNOSTNI UKREPI \[► 3\]](#) in vedno upoštevajte navodila.

Če izdelek položite na lakirano mizo, se lahko barva zaradi sestave gume prime dna stojala. Pred uporabo preverite površino mize.

2.1.1 Pogoji namestitve

Pri namestitvi monitorja v stojalo se prepričajte, da je na straneh, na zadnjem in zgornjem delu dovolj prostora.

Pozor
• Monitor postavite tako, da zaslon ni izpostavljen moteči svetlobi.

2.2 Povezovanje kablov


Pozor

- Pred priključitvijo preverite, ali so monitor, računalnik in zunanje naprave izklopljeni.
- Ko zamenjate trenutni monitor s tem monitorjem, si oglejte [4.2 Združljive ločljivosti](#) [► 33], da spremenite nastavitve računalnika za ločljivost in frekvenco navpičnega skeniranja na tiste, ki so na voljo za ta monitor, preden povežete računalnik.
- Če je kable težko vstaviti, prilagodite kot zaslona.

1. Priključite signalne kable.

Preverite oblike priključkov in priključite kable. Po priključitvi kabla DVI, privijte pritrdilne elemente, da pritrdite konektor.

V enem oknu prikaza



Pozor


- DisplayPort priključki monitorja so sestavljeni iz vhodnih in izhodnih priključkov. Ko monitor priključite na osebni računalnik, kabel priključite na vhodni priključek.
- Pri povezovanju več računalnikov preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitve (na CD-ju).

Opomba

- Če je kable težko vstaviti, prilagodite kot zaslona.

Na prikazu PinP (podokno)

Primer: Glavni zaslon je DisplayPort 1, podokno je DisplayPort 2




*1 Temu izdelku je priložen samo en kabel. Če uporabljate dva kabla, jih pripravite ločeno.

Pozor

- Če želite izvesti prikaz PinP (podokno), morate konfigurirati nastavev »PinP« v Nastavitvenem meniju. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
- Ko je signal DVI prikazan na enem zaslonu, funkcije prikaza PinP (podokno) ni mogoče uporabiti.


Pri povezovanju drugih monitorjev z marjetično verigo

Vhodni signal v priključek DisplayPort 1, se lahko odda na drug monitor.

**Pozor**

- Obiščite spletno mesto EIZO za informacije o monitorjih in grafičnih karticah, ki jih lahko uporabljate skupaj z daisy-chain verižno povezavo: (www.eizoglobal.com)
- Če uporabljate povezavo z marjetično verigo, priključite kabel v vhodni priključek .
- Če želite vzpostaviti daisy-chain verižno povezavo, morate v meniju skrbniške nastavitve (Administrator Settings) izbrati »Signal Format« - »DisplayPort 1« in nastaviti »Version« na »1.2«. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
- Odstranite pokrovček izhodnega priključka , preden priključite signalni kabel.


2. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in napajalni konektor na monitor. Električni kabel popolnoma vstavite v monitor.
3. Če uporabljate RadiCS/RadiCS LE ali na monitor povezujete naprave USB (zunanje naprave, združljive z USB), s kablom USB 2.0 povežite priključek USB-B na monitorju s priključkom USB-A na računalniku.

**Pozor**

- Ko monitor povežete z računalnikom, na katerem je nameščen RadiCS/RadiCS LE, povežite kabel z USB-B 1 (.
- Pri uporabi USB-B 2 () pred uporabo odstranite pokrov. Poleg tega spremenite nastavitve »USB Selection« v meniju Nastavitve (glejte »USB Selection« v priročniku za namestitev).

Opomba

- S priključitvijo dveh računalnikov na dva monitorja, kot je prikazano na naslednji sliki, lahko preklopite, kateri računalnik upravlja naprave USB.
- Izdelku je priložen samo en kabel USB 2.0 (UU300). Za povezavo, kot je prikazano na naslednji sliki, posebej pripravite potrebno število kablov.
- Za podrobnosti o preklapljanju med računalniki, ki uporabljajo naprave USB, glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).



2.3 Vklop električnega napajanja

1. Dotaknite se , da vklopite napajanje monitorja.
Kazalnik stikala električnega napajanja monitorja zasveti zeleno.
Če kazalnik ne zasveti, si oglejte [3 Težava ni slike \[► 29\]](#).

Opomba

- Ko se dotaknete katerega koli stikala za upravljanje, razen  pri izklopljenem monitorju,  začne utripati, da vas obvesti, kje je locirano stikalo za vklop.

2. Vklopite računalnik.
Prikaže se slika zaslona.
Če se slika ne prikaže, glejte [3 Težava ni slike \[► 29\]](#) za dodaten nasvet.

Pozor


- Ko se povezujete prvič ali spreminjate način povezave, nastavitve zaslona, kot sta ločljivost in merilo zaslona, morda ne bodo ustrezne. Prepričajte se, da je računalnik pravilno konfiguriran.
- Za varčevanje z energijo je priporočljivo, da je gumb za vklop izklopljen. Če monitorja ne uporabljate, lahko izklopite glavno napajanje ali odklopite napajalni vtič, tako da se napajanje popolnoma prekine.

Opomba

- Če želite podaljšati življenjsko dobo monitorja s preprečevanjem poslabšanja svetlosti in zmanjšanjem porabe energije, storite naslednje:
 - Na računalniku ali monitorju uporabljajte funkcijo varčevanja energije.
 - Ko monitorja več ne uporabljate, ga izklopite.

2.4 Prilagajanje višine in kota zaslona

Z obema rokama primite zgornji in spodnji ali levi in desni rob zaslona ter prilagodite višino zaslona, nagnite in zasukajte zaslon v optimalni položaj za izvajanje nalog.



Pozor

- Ko zaključite z nastavljanjem preverite, ali so kabli pravilno povezani.
- Po nastavitvi višine in kota speljite kable skozi držalo kabla.

3 Težava ni slike

Kazalnik stikala za vklop/izklop ne sveti

- Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
- Vključite glavno stikalo na levi strani.
- Dotaknite se .
- Izključite glavno stikalo na levi strani in ga čez nekaj minut ponovno vključite.

Kazalnik stikala električnega napajanja zasveti: Zeleno

- V meniju Nastavitve povečajte »Brightness«, »Contrast«, ali »Gain«. Za podrobnosti glejte priročnik za namestitev (na CD-ju).
- Izključite glavno stikalo na levi strani in ga čez nekaj minut ponovno vključite.

Kazalnik stikala električnega napajanja zasveti: Oranžno


- Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
- Premaknite miško in pritisnite poljubno tipko na tipkovnici.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen.
- Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Povežite se,  ko je izbrano »DisplayPort 1«, in na to,  ko je v vhodnem signalu izbrano »DisplayPort 2«.  se uporablja za izhod, ko je vzpostavljena povezava z verigo marjetice.
- Izključite glavno stikalo za napajanje na levi strani monitorja in ga nato ponovno vključite.

Kazalnik stikala električnega napajanja utripa: Oranžno, zeleno

- Povežite s stikalnim kablom, ki ga določa EIZO. Izključite glavno stikalo za napajanje na levi strani monitorja in ga čez nekaj minut znova vključite.
- Če je signalni kabel povezan z DisplayPort 1 () , poskusite preklopiti na različico DisplayPort. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).

Na zaslonu se prikaže sporočilo »No Signal«


Primer:



- Zgoraj prikazano sporočilo se lahko prikaže, ker nekateri računalniki ne oddajajo signala takoj po vklopu.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen.
- Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Signalne kable priključite na priključke ustreznega vhodnega signala.
- Preklopite vhodni signal. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
- Če je signalni kabel povezan z DisplayPort 1 (DP1), poskusite preklopiti na različico DisplayPort. Za podrobnosti glejte Priročnik za namestitev (na CD-ju).
- Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Ali je signalni kabel priključen na DP1 ali DP2 za vnos signala DisplayPort? DP2 se uporablja za izhod, ko je vzpostavljena verižna povezava.
- Izklopite glavno stikalo za napajanje na levi strani monitorja in ga nato ponovno vklopite.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Signal Error«

Primer:



- Preverite, ali je računalnik, konfiguriran tako, da izpolnjuje zahteve monitorja v povezavi z ločljivostjo in navpično frekvenco skeniranja (glejte [4.2 Združljive ločljivosti \[► 33\]](#)).
- Ponovno zaženite računalnik.
- S pripomočkom grafične plošče izberite ustrezno nastavitev. Za podrobnosti glejte Uporabniški priročnik grafične plošče.

4 Specifikacije

4.1 Seznam specifikacij

4.1.1 Vrsta

RX570	Proti bleščanju
RX570-AR	Protiodsevno

4.1.2 LCD plošča

Vrsta	Barva (IPS)
Osvetlitev zaslona	LED
Velikost	21,3" (54,1 cm)
Ločljivost	2048 pik x 2560 vrstic
Velikost zaslona (V x N)	337,9 mm x 422,4 mm
Razmik slikovnih pik (V x N)	0,165 mm x 0,165 mm
Barve zaslona	10-bitna barva (DisplayPort): do 1,07 milijarde barv (iz palete s približno 543 milijardami barv) 8-bit (DisplayPort ^{*1} /DVI): 16,77 milijona barv (iz palete 543 milijard barv)
Zorni koti (V/G, tipično)	178°/178°
Priporočena svetlost	500 cd/m ²
Razmerje kontrasta (tipično)	2200:1
Odzivni čas (tipično)	25 ms (črna -> bela -> črna)

*1 Ko je prikazano podokno PinP

4.1.3 Video signali

Vhodni priključki		DisplayPort x 2, DVI-D (dvojna povezava) x 1
Izhodni priključki		DisplayPort x 1
Frekvenca vodoravnega skeniranja		31 kHz–135 kHz
Frekvenca navpičnega skeniranja ^{*1}	DisplayPort	59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz, 2560 x 2048: 23 Hz–51 Hz)
	DVI	59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz, 2560 x 2048: 24 Hz–51 Hz)
Način sinhronizacije okvirja		23,5 Hz–25,5 Hz, 47,0 Hz–51,0 Hz
Frekvenca osvetlitve pik	DisplayPort	25 MHz–290 MHz
	DVI	25 MHz–290 MHz

*1 Frekvenca navpičnega skeniranja, ki je podprta, se razlikuje glede na ločljivost. Za več informacij glejte [4.2 Združljive ločljivosti](#) [► 33].

4.1.4 USB

Stikala	Vhodni priključek	USB-B x 2
	Izhodni priključek	USB-A x 2
	Samo polnjenje	USB-C x 1 ^{*1}
Standardno		USB specifikacije, revizija 2.0
Napajalni tok	Izhodni priključek (USB-A)	Najv. 500 mA na vhod
	Samo hitro polnjenje (USB-C) ^{*1}	Najv. 15 W (5 V/3 A)

^{*1} Samo za polnjenje. Ne podpira video signalov ali podatkovne komunikacije

4.1.5 Energija

Vhod	100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 1,20–0,50 A
Največja poraba energije	115 W ali manj ^{*1}
Način Varčevanje energije	1,0 W ali manj ^{*2}
Način Stanje pripravljenosti	1,0 W ali manj ^{*3}

^{*1} »CAL Switch Mode«: »4-Custom«, »Brightness«: »100 %«, Povezava zunanje obremenitve

^{*2} Ko uporabljate vhod DisplayPort 1 in vrata USB v smeri proti toku niso povezana, »DP Power Save«: »On«, zunanje breme ni priključeno

^{*3} Ko vrata USB navzgor niso povezana, »DP Power Save«: »On«, ni priključeno zunanje breme

4.1.6 Fizične specifikacije

Dimenzije (Š x V x G)	354,5 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 200,0 mm (nagib: 0°) 354,5 mm x 504,6 mm – 594,6 mm x 264,1 mm (nagib: 30°)
Mere (Š x V x G) (brez stojala)	354,5 mm x 452,0 mm x 78,0 mm
Neto teža	Približno 7,6 kg
Neto teža (brez stojala)	Približno 4,8 kg
Razpon nastavitve višine	90 mm (Nagib: 0°)
Nagib	30° navzgor, 5° navzdol
Zasuk	70°
Vrtenje	90° (v nasprotni smeri urnega kazalca)

4.1.7 Okoljske zahteve za obratovanje

Temperatura	0 °C–35 °C
Vlažnost	20 %–80 % r.v. (brez kondenzacije rose)
Zračni tlak	540 hPa–1060 hPa

4.1.8 Pogoji transporta/skladiščenja

Temperatura	-20 °C–60 °C
Vlažnost	10 %–90 % r.v. (brez kondenzacije rose)
Zračni tlak	200 hPa–1060 hPa

4.2 Združljive ločljivosti

Monitor podpira naslednje ločljivosti.

✓: Podprto, -: Ni podprto

Ločljivost	Navpična frekvenca skeniranja (Hz)	DisplayPort				DVI			
		Pokončno		Ležeče		Pokončno		Ležeče	
		Prikaz z enim oknom	Prikaz PinP	Prikaz z enim oknom	Prikaz PinP	Prikaz z enim oknom	Prikaz PinP	Prikaz z enim oknom	Prikaz PinP
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	49,910	-	✓ ^{*1}	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-
1200 x 1920	49,952	-	✓	-	-	-	✓	-	-
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	49,915	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-	✓ ^{*1}
1600 x 1200	60,000	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
1920 x 1200	49,932	-	-	-	✓	-	-	-	✓
2048 x 2560	24,962	-	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-
2048 x 2560	48,000	✓ ^{*1, 2}	-	-	-	-	-	-	-
2048 x 2560	49,698	-	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-
2048 x 2560	50,011	✓ ^{*1}	-	-	-	-	-	-	-
2560 x 2048	24,974	-	-	-	-	-	-	✓ ^{*1}	-
2560 x 2048	48,000	-	-	✓ ^{*1, 2}	-	-	-	-	-
2560 x 2048	49,966	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-	✓ ^{*1}	-

*1 Priporočena ločljivost

*2 Podprto samo, če »Administrator Settings«–»Signal Format«–»DisplayPort 1« je »1.2«

4.3 Dodatki

Ločeno je na voljo naslednja dodatna oprema.

Obiščite naše spletno mesto, kjer najdete najnovejše informacije o dodatni opremi in najnovejši združljivi grafični kartici.

(www.eizoglobal.com)

Komplet za umerjanje	RadiCS UX2 Ver.5.2.0 ali novejša RadiCS Version Up Kit Ver.5.2.0 ali novejša
Programska oprema za upravljanje omrežja QC	RadiNET Pro Ver.5.2.0 ali novejša
Comfort Light za bralnice	RadiLight
Držalo	AAH-02B3W LA-011-W
Zaščita plošče	RP-918
VESA adapter za računalnike s tankim ohišjem ali mini računalnike	PCSK-R1
Signalni kabel (DVI-D - DVI-D)	DD200DL

Priloga

Zdravstveni standard

- Zagotovljeno mora biti, da je končni sistem skladen z zahtevo IEC60601-1.
- Električna oprema lahko oddaja elektromagnetne valove, ki lahko omejijo ali vplivajo na delovanje oziroma povzročijo okvare v delovanju monitorja. Opremo namestite v nadzorovanem okolju, kjer preprečite takšne vplive.

Razvrstitev opreme

- Vrsta zaščite proti električnemu udaru: Razred I
- Razred EMC: IEC60601-1-2, skupina 1, razred B
- Klasifikacija medicinskega pripomočka (EU): Razred I
- Način delovanja: neprekinjen
- Razred IP: IPX0

Informacije o elektromagnetni združljivosti

Serijska RadiForce ima zmožnost pravilnega prikaza medicinskih slik.

Okolja namenske uporabe

Serijska RadiForce je namenjena za uporabo v naslednjih okoljih

- Okolja profesionalnih zdravstvenih ustanov, kot so klinike in bolnišnice

Naslednja okolja niso primerna za uporabo serije RadiForce:

- okolje domače zdravstvene oskrbe,
- v bližini visokofrekvenčne kirurške opreme kot so elektrokirurški noži,
- V bližini naprav za kratkovalovno terapijo
- okolja s sistemi medicinske opreme za MRI, ki so zaščitena pred RF valovi,
- posebna zaščitena okolja,
- vozila, vključno z rešilnimi avtomobili,
- Druga posebna okolja.

OPOZORILO

- Pri uporabi serije RadiForce so potrebni posebni previdnostni ukrepi, povezani z elektromagnetno združljivostjo, ter jih je treba namestiti. Skrbno preberite informacije o elektromagnetni združljivosti ter poglavje »PREVIDNOSTNI UKREPI« v tem dokumentu in upoštevajte naslednja navodila pri nameščanju in obratovanju izdelka.

OPOZORILO

- Serije RadiForce ne smete uporabljati blizu druge opreme ali naloženega nanjo. Če je takšna uporaba nujna, morate opremo oziroma sistem opazovati ter potrditi normalno delovanje v uporabljeni konfiguraciji.

OPOZORILO

- Če uporabljate prenosno RF komunikacijsko opremo, jo morate, vključno s kablji, namestiti 30 cm (12 inčev) ali več vstran od vseh delov serije RadiForce. V nasprotnem primeru lahko pride do slabšega delovanja opreme.

OPOZORILO

- Vsaka oseba, ki pri konfiguraciji medicinskega sistema na signalni vhod ali signalne izhode priključi dodatno opremo, je odgovorna za zagotovitev skladnosti sistema z zahtevami IEC60601-1-2.

OPOZORILO

- Med uporabo serije RadiForce se ne dotikajte vhodno/izhodnih priključkov signala. V nasprotnem primeru lahko to vpliva na prikazano sliko.

OPOZORILO

- Prepričajte se, da uporabljate kable, ki so priključeni na izdelek, ali kable, ki jih priporoča EIZO. Uporaba kablov, ki jih za to opremo ne priporoča EIZO, lahko povzroči povečano elektromagnetno sevanje ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in nepravilno delovanje.

Signalna vrata	Najv. dolžina kablov	Zaščita	Feritno jedro	Priporočeni kabel
DisplayPort	3 m	Zaščiten	Brez feritnih jeder	PP300
DVI-D	3 m	Zaščiten	S feritnimi jedri	DD300DL/ DD200DL
USB-C (Samo polnjenje)	2 m	Zaščiten	Brez feritnih jeder	-
USB-B (Vhodni priključek)	3 m	Zaščiten	S feritnimi jedri	UU300/MD-C93
USB A (Izhodni priključek)	3 m	Zaščiten	Brez feritnih jeder	-
AC dovod (ali AC vhod)	3 m	Nezaščiten	Brez feritnih jeder	z ozemljitveno žico

Tehnični opisi

Elektromagnetne emisije

Seriya RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnih okoljih, ki je navedeno v nadaljevanju.

Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.

Test emisij	Skladnos t	Elektromagnetno polje – Smernice
RF emisije CISPR11	Skupina 1	Seriya RadiForce uporablja RF energijo samo za svoje notranje delovanje. Zato so njegove RF emisije zelo nizke in običajno ne ovirajo delovanja bližnje elektronske opreme.
RF emisije CISPR11	Razred B	Seriya RadiForce je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno z domačimi okolji in tistimi, ki so neposredno povezani z javnim nizkonapetostnim napajalnim omrežjem, ki oskrbuje stanovanjske stavbe.
Harmonične emisije IEC61000-3-2	Razred D	
Napetostna nihanja/ emisije tresljajev IEC61000-3-3	Izpolnjuje	

Elektromagnetna odpornost

Serijska RadiForce je bila preizkušena za naslednje stopnje skladnosti (C) v skladu z zahtevami v zvezi s preizkušanjem (T) za zdravstvene ustanove, določenimi v IEC60601-1-2.

Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti uporabo v takšnem okolju.

Preizkus odpornosti	Preskusna raven (T)	Stopnja skladnosti (C)	Elektromagnetno polje – Smernice
Elektrostatična razelektritev (ESD) IEC61000-4-2	kontaktna razelektritev ± 8 kV razelektritev v zraku ± 15 kV	kontaktna razelektritev ± 8 kV razelektritev v zraku ± 15 kV	Tla morajo biti lesena, betonska ali obložena s keramičnimi ploščicami. Če so tla pokrita s sintetičnimi materiali, naj bo relativna vlažnost vsaj 30 %.
Hitri prehodi/sunki napetosti IEC61000-4-4	Električne napeljave ± 2 kV Vhodni/izhodni vodi ± 1 kV	Električne napeljave ± 2 kV Vhodni/izhodni vodi ± 1 kV	Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično komercialno ali bolnišnično okolje.
Sunki IEC61000-4-5	Vod do voda ± 1 kV Vod do zemlje ± 2 kV	Vod do voda ± 1 kV Vod do zemlje ± 2 kV	Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično komercialno ali bolnišnično okolje.
Napetostni padci, kratke prekinitve in spremembe napetosti na vhodnih napajalnih vodih IEC61000-4-11	0 % U_T (100 % padec v U_T) 0,5 cikla in 1 cikel 70 % U_T (30 % padec v U_T) 25 ciklov/50 Hz 0 % U_T (100 % padec v U_T) 250 ciklov/50 Hz	0 % U_T (100 % padec v U_T) 0,5 cikla in 1 cikel 70 % U_T (30 % padec v U_T) 25 ciklov/50 Hz 0 % U_T (100 % padec v U_T) 250 ciklov/50 Hz	Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično komercialno ali bolnišnično okolje. Če uporabnik serije RadiForce med motnjami napetosti potrebuje neprekinjeno delovanje, priporočamo, da serijo RadiForce napaja z neprekinjeno oskrbo z električno energijo ali z baterijo.
Magnetna polja omrežne frekvence IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Magnetna polja električne frekvence morajo imeti značilnosti, tipične za komercialno ali bolnišnično okolje. Izdelek morate med uporabo namestiti najmanj 15 cm stran od vira magnetnega polja omrežne frekvence.

Preizkus odpornosti	Preskusna raven (T)	Stopnja skladnosti (C)	Elektromagnetno polje – Smernice
Prevodne motnje, nastale zaradi RF polj IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms ISM pasovi med 150 kHz in 80 MHz ^{*1}	3 Vrms 6 Vrms	Prenosne in mobilne RF opreme ne uporabljajte bližje delom serije RadiForce, vključno s kabli, kot je priporočljiva razdalja, izračunane iz enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika. Priporočena ločilna razdalja $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Izžarevana RF polja IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz »P« je največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca oddajnika, »d« pa je priporočena ločilna razdalja v metrih (m). Jakost polja fiksnih RF oddajnikov, kot jo določa ocena elektromagnetnega mesta ^{*2} , naj bo manjša kot stopnja skladnosti v vsakem frekvenčnem območju ^{*3} . V bližini opreme, označene z naslednjim simbolom, lahko pride do motenj. 

Opomba

- U_T je izmenični tok pred uporabo na preskusni ravni.
- Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.
- Te smernice glede prevodnih motenj, ki jih povzročajo RF polja ali sevana RF polja morda ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnega sevanja vplivata absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.

^{*1} Pasovi ISM (industrijski, znanstveni in medicinski) med 150 kHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795 MHz, 13,553 MHz do 13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz in 40,66 MHz do 40,70 MHz.

^{*2} Jakosti polja iz nepremičnih oddajnikov, kot so osnovne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in kopenske mobilne radie, amaterski radii, radijsko oddajanje AM in FM ter TV oddajanje, ni mogoče natančno določiti. Za oceno elektromagnetnega okolja pri nepremičnih RF oddajnikih, opravite pregled elektromagnetnega polja na mestu uporabe naprave. Če izmerjena jakost polja na lokaciji uporabe serije RadiForce prekorači zgoraj navedeno primerno stopnjo skladnosti RF, morate serijo RadiForce opazovati in tako zagotoviti normalno delovanje. V kolikor opazite nenavadno delovanje, bodo potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali premestitev serije RadiForce.

^{*3} Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manj kot 3 V/m.

Priporočene ločilne razdalje med prenosno ali mobilno RF komunikacijsko opremo in serijo RadiForce

Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem polju z nadzorovanimi sevalnimi RF motnjami. Stranka ali uporabnik serije RadiForce lahko pomaga zadošiti elektromagnetne motnje, tako da ohranja najmanjšo razdaljo (30 cm) med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce. Serija RadiForce je bila preizkušena na naslednji ravni skladnosti (C) za zahteve testne stopnje odpornosti na bližinsko elektromagnetno polje (T) za naslednje RF komunikacijske storitve.

Preizkusna frekvenca (MHz)	Pasovna širina ^{*1} (MHz)	Servis ^{*1}	Modulacija ^{*2}	Preskusna raven (T) ^{*3} (V/m)	Stopnja skladnosti (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Pulzna modulacija ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz odstopanje sinus 1 kHz	28	28
710	704–787	LTE pas 13, 17	Pulzna modulacija ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE pas 5	Pulzna modulacija ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pas 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulzna modulacija ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400–2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pas 7	Pulzna modulacija ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Pulzna modulacija ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Pri nekaterih storitvah so vključene samo navzgornje frekvence.

*2 Nosilni val je moduliran s kvadratnim valovnim signalom s 50-odstotnim delovnim ciklom.

*3 Testne ravni so bile izračunane na podlagi največje moči in razdalje 30 cm.

Stranka ali uporabnik serije RadiForce zavira motnje, ki jih povzročajo bližinska magnetna polja, tako da vzdržuje minimalno razdaljo (15 cm) med RF oddajniki in serijo RadiForce. Serija RadiForce je bila preizkušena na naslednjih ravneh skladnosti (C) za zahteve ravni preskusa odpornosti na bližinsko magnetno polje (T).

Preskusna frekvenca	Modulacija	Preskusna raven (T) (A/m)	Stopnja skladnosti (C) (A/m)
134,2 kHz	Pulzna modulacija* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Pulzna modulacija* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Nosilni val je moduliran s kvadratnim valovnim signalom s 50-odstotnim delovnim ciklom.

Pri drugi prenosni in mobilni RF komunikacijski opreми (oddajnikih) mora biti najmanjša razdalja med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce, v skladu s spodnjimi priporočili, glede na največjo izhodno moč komunikacijske opreme.

Največja nazivna izhodna moč oddajnika (W)	Razdalja glede na frekvenco oddajnika (m)		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz–800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz–2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Za oddajnike, ocenjene pri največji izhodni moči, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno ločilno razdaljo »d« v metrih (m) izračunate s pomočjo enačbe, veljavne za frekvenco oddajnika, kjer je »P« največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) in je odvisna od proizvajalca oddajnika.

Opomba

- Pri 80 MHz in 800 MHz mora biti uporabljena ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.
- Te smernice glede prevodnih motenj, ki jih povzročajo RF polja ali sevana RF polja morda ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnega sevanja vplivata absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N503BZ
IFU-RX570