



Kullanma Talimatları

RadiForce®
RX570

Renkli LCD Monitör

Önemli

**Kullanmadan önce Kullanma Talimatlarını ve Kurulum Kılavuzunu
lütfen mutlaka okuyun.**

- Monitör ayarları ve düzenlemeleri için Kurulum Kılavuzuna bakın.
- Kullanma Talimatları dahil en son ürün bilgilerini web sitemizde bulabilirsiniz.

www.eizoglobal.com

SİMGELER

Bu kılavuzda ve bu üründe aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır. Bu simgeler önemli bilgileri belirtir. Lütfen bunları dikkatle okuyun.

 UYARI	UYARI bölümündeki bilgilere uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir ve ölüm tehlikesine yol açabilir.
 DİKKAT	DİKKAT bölümündeki bilgilere uyulmaması orta seviyede yaralanmalara ve/veya mal ya da ürün hasarına neden olabilir.
	Bir uyarı veya dikkat açıklamasını belirtir. Örneğin  , "elektrik çarpması" tehlikesini gösterir.
	Yasaklanmış bir eylemi belirtir. Örneğin  , "Parçalarına ayırmayın" anlamına gelir.

Bu ürün, başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibi çalışmayabilir.

EIZO Corporation'ın önceden yazılı izni alınmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü herhangi bir biçimde, herhangi bir yöntemle elektronik, mekanik veya başka şekilde veya herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, bir geri çağırma sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz. EIZO Corporation'ın söz konusu bilgileri almasından önce bu yönde düzenleme yapılmaması halinde, EIZO Corporation'ın gönderilen materyalleri ya da bilgileri gizli tutma zorunluluğu yoktur. Bu kılavuzun güncel bilgiler vermesini sağlamak için her türlü girişim yapılsa da, lütfen EIZO ürün özelliklerinin önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.


ÖNLEMLER

Önemli

Bu ürün, başlangıçta nakledildiği bölgede kullanılmak üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu bölge dışında kullanılması halinde ürün, özellikler bölümünde belirtildiği gibi çalışmayabilir.

Kişisel güvenlik ve uygun bakım işlemleri için lütfen "ÖNLEMLER" bölümünü ve monitördeki dikkat açıklamalarını dikkatlice okuyun.

Dikkat Açıklamasının Yeri



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告

触电危险，请勿打开后盖。

警告

感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord som giver forbindelse til stikproppens jord.

電源コードのアースは必ず接地してください。

Ürün üzerindeki simgeler

Simge	Bu simgenin anlamı
	Şebeke güç anahtarı: Monitörün şebeke gücünü kapatmak için basın.
	Şebeke güç anahtarı: Monitörün şebeke gücünü açmak için basın.
	Güç düğmesi: Monitörü açıp kapatmak için basın.
	Alternatif akım
	Elektrik çarpması tehlikesi uyarısı
	DİKKAT
	WEEE işareti: Ürün ayrı olarak atılmalıdır; materyaller geri dönüştürülebilir.
	CE işareti: Konsey Direktifi ve/veya Yönetmelik (AB) hükümleri gereğince AB uyumluluk işareti.
	Üretici
	Üretim tarihi
	Dikkat: Federal yasalar (ABD) uyarınca bu aygıt yalnızca ruhsat sahibi bir sağlık uzmanı tarafından veya uzmanın tavsiyesi doğrultusunda satılabilir.

ÖNLEMLER

Simge	Bu simgenin anlamı
EU Importer	AB'deki ithalatçı
	UKCA işareti: BK yönetmelikleriyle uyumluluğu belirten işaret
	BK Sorumlu Kişisi
	İsviçre'deki yetkili temsilci
	Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci
	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı
	Tıbbi Cihaz * Tıbbi cihazlar için geçerlilik ülkeye göre değişir.
	Ambalajda kullanılan oluklu mukavva için geri dönüşüm sembolü
	Geri dönüşüm sembolü
	Avrupa Ambalaj Atıkları Direktifine göre oluklu mukavvanın malzeme etiketlemesi
	Maksimum istifleme sınırı (Semboldeki sayı ürüne göre değişir.)
	Bu tarafı yukarı
	Kuru tutun
	Kırılgan
	Kullanım Kılavuzuna bakın.

UYARI

UYARI

Cihazdan duman çıkmaya başlarsa, yanık kokusu gelirse ya da cihaz tuhaf sesler çıkarırsa tüm güç bağlantılarını derhal kesin ve öneri için EIZO temsilcinize başvurun.

Arızalı bir cihazı kullanmayı denemek yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

UYARI

Cihazı parçalarına ayırmayın veya cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.

Kabinin açılması, yüksek gerilimli veya yüksek sıcaklığa sahip parçalardan kaynaklı elektrik çarpmasına veya yangıya neden olabilir. Cihaz üzerinde değişiklik yapılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI

Tüm servis işlemlerini kalifiye servis personeline yaptırın.

Kapakların açılması veya çıkarılması yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabileceğinden cihazın servisini kendiniz yapmaya çalışmayın.

UYARI

Yabancı cisimleri ya da sıvıları cihazdan uzak tutun.

Kazara kabin içine düşen/dökülen metal parçalar, tutuşabilir malzemeler veya sıvılar, yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

Kabin içine bir cisim ya da sıvı düşerse/dökülürse derhal cihazın fişini çekin. Tekrar kullanmadan önce cihazı kalifiye bir servis mühendisine kontrol ettirin.



UYARI

Cihazı sağlam ve dengeli bir yere koyun.

Yeterli olmayan bir yüzeye koyulan cihaz düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı bir cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI

Cihazı uygun bir yerde kullanın.

Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya ekipman hasarına neden olabilir.

- Dış mekana koymayın.
- Herhangi bir taşıma sistemine koymayın (gemi, uçak, tren, otomobil vb.).
- Tozlu ya da nemli yerlere koymayın.
- Ekрана su sıçrama ihtimali olan yerlere koymayın (banyo, mutfak vb.).
- Ekрана doğrudan buhar temas eden yerlere koymayın.
- Isı veren cihazların ya da nem aygıtlarının yakınına koymayın.
- Ürünün doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere koymayın.
- Tutuşabilir gaz içeren ortamlara koymayın.
- Korozyif gazlar (örneğin sülfür dioksit, hidrojen sülfür, nitrojen dioksit, klorür, amonyak ve ozon) içeren ortamlara yerleştirmeyin.
- Toz, atmosferde korozyonu hızlandıran bileşenler (örneğin sodyum klorür ve sülfür), iletken metaller vb. içeren ortamlara yerleştirmeyin.



UYARI

Plastik ambalaj torbalarını bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.

Plastik ambalaj torbaları boğulmaya neden olabilir.

UYARI

Ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanarak ürünü ülkenizdeki standart elektrik prizine bağlayın.


Güç kablosunun belirlenmiş voltajı dahilinde kullanıldığından emin olun. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç beslemesi: 100-240 Vac 50/60 Hz


UYARI

Güç kablosunun bağlantısını kesmek için fişi sıkıca tutun ve çekin.

Kabloya asılmak hasar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



OK



UYARI

Ekipman, topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Aksi halde yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.



 UYARI**Doğru voltajı kullanın.**

- Cihaz yalnızca belirli bir voltajda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu "Kullanma Talimatları"nda belirtilenden başka bir voltaja bağlantı, yangına, elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Güç beslemesi: 100-240 Vac 50/60 Hz
- Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç devrenizi aşırı yüklemeyin.

 UYARI**Güç kablosunu dikkatle tutun.**

Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın, bunları çekmeyin veya bağlamayın. Hasarlı bir güç kablosunun kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

 **UYARI****Operatör ürüne dokunurken hastaya dokunmamalıdır.**

Bu ürün, hastalarla temas etmek üzere tasarlanmamıştır.

 **UYARI****Gök gürültüsü başlaması halinde fişe ve güç kablosuna asla dokunmayın.**

Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.

 **UYARI****Bir kol ayaklığı takarken lütfen kol ayaklığının Kullanıcı Kılavuzu'na bakın ve cihazı emniyetli bir şekilde takın.**

Aksi takdirde cihaz yerinden çıkarak yaralanmaya ve/veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

Kurulum öncesi kol standının takılacağı masaların, duvarların ve diğer yerlerin uygun mekanik güce sahip olduğundan emin olun.

Cihaz düşerse gücü hemen kesin ve öneri için yerel EIZO temsilcinize başvurun. Hasarlı bir cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı bir cihazın kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğim ayaklığını tekrar takarken aynı vidaları kullanın ve bunları iyice sıkın.

 UYARI**Hasar görmüş bir LCD panele çıplak ellerle doğrudan dokunmayın.**

Cildinizin herhangi bir kısmı panele doğrudan temas ederse lütfen iyice yıkayın.

Sıvı kristal gözlerinize veya ağızınıza girerse hemen bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin. Aksi takdirde toksik reaksiyon gösterebilirsiniz.

 **UYARI****Yüksek yerlere kurulum için bir uzmandan yardım isteyin.**

Monitörü yüksek bir yere kurarken ürünün veya parçalarının düşerek yaralanmaya neden olma riski söz konusudur. Monitörün kurulumu sırasında, monitör kurulumu öncesi ve sonrasında ürünün hasar veya deformasyon bakımından kontrol edilmesi dahil olmak üzere, bizden veya inşaat işleri konusunda deneyimli bir uzmandan yardım isteyin.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

Kullanmadan önce çalışma durumunu kontrol edin.

Görüntülenen görüntüde hiçbir sorun olmadığından emin olduktan sonra kullanmaya başlayın.
Birden fazla cihaz kullanıldığında görüntülerin uygun şekilde görüntülendiğinden emin olduktan sonra kullanmaya başlayın.

⚠ DİKKAT

Sabitleme özelliği olan kabloları/kordonları sıkıca sabitleyin.

Sıkıca sabitlenmeyen kablolar/kordonlar ayrılabilir, ardından görüntüler kesilebilir ve işlemlerinizi kesintiye uğrayabilir.

⚠ DİKKAT

Cihazı taşıırken kabloların bağlantısını kesin ve aksesuarları çıkarın.



Aksi takdirde, kablolar veya aksesuarlar taşıma sırasında yerinden çıkarak yaralanmaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Cihazı belirtilen doğru yöntemlerle taşıyın veya yerleştirin.

- Ürünü taşıırken, monitörün tabanını sıkıca tutun.
- 30 inç ve üzerindeki monitörler ağırdır. Monitörü paketinden çıkarırken ve/veya taşıırken en az iki kişi çalışın.
- Monitörünüzün arkasında bir tutacak varsa, monitörün tabanını ve tutacağı sıkıca tutun.

Cihazın düşürülmesi yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



⚠ DİKKAT

Ellerinizi sıkıştırmamaya dikkat edin.

Monitöre yüksekliğini veya açısını ayarlamak için aniden kuvvet uygularsanız elleriniz sıkışabilir ve yaralanabilir.

⚠ DİKKAT

Kabin üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.

- Havalandırma deliklerinin üzerine herhangi bir cisim koymayın.
- Cihazı kötü havalandırmaya veya yetersiz alana sahip bir yere kurmayınız.
- Cihazı yatık ya da ters şekilde kullanmayınız.

Havalandırma deliklerini kapatmak, uygun hava akışını önler ve yangına, elektrik çarpmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



 DİKKAT
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Bunlara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.  
 DİKKAT
Elektrik fişinin etrafına herhangi bir nesne koymayın. Bunun amacı, yangını veya elektrik çarpmasını önlemek adına, bir sorun olduğunda elektrik fişini ayırmayı kolaylaştırmaktır. 
 DİKKAT
Elektrik fişinin etrafındaki bölgeyi ve monitörün havalandırma deliğini düzenli olarak temizleyin. Bu alana tutunan toz, su veya yağ yangına neden olabilir.
 DİKKAT
Temizlemeden önce cihazın fişini çekin. Cihazın elektrik prizine takılı haldeyken temizlenmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
 DİKKAT
Cihazı uzun bir süre kullanmadan bırakmayı planlıyorsanız güvenlik ve enerji tasarrufu nedeniyle güç anahtarını kapattıktan sonra elektrik fişini prizden çekin.
 DİKKAT
Bu ürünü, ikamet ettiğiniz bölge ya da ülkenin yasalarına uygun olarak imha edin.
 DİKKAT
AEA bölgesi ve İsviçre'deki kullanıcılar için: Cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylar, Üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin Yetkili Makamlarına bildirilmelidir.

Bu monitör için uyarı

Kullanım Endikasyonları

Bu ürün, eğitimli tıp pratisyenleri tarafından inceleme, analiz ve teşhis için klinik radyolojik görüntülerde (tam alan dijital mamografi ve dijital meme tomosentezi dahil) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dikkat

- Kayıplı sıkıştırılmalı mamografik görüntüler, birincil görüntü yorumları için incelenmemelidir. Mamografik görüntüler yalnızca FDA tarafından incelenen ve kabul edilen teknik özellikleri karşılayan FDA onaylı bir ekran kullanılarak yorumlanabilir.
- Bu ürün in vitro diagnostik kullanıma yönelik değildir.
- Bu ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışında başka amaçlarla kullanımı garanti kapsamında olmayabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen özellikler yalnızca ürünle birlikte verilen güç kabloları ve EIZO tarafından belirtilen sinyal kabloları kullanıldığında geçerlidir.
- Bu ürünle birlikte yalnızca EIZO tarafından belirtilen EIZO aksesuar ürünlerini kullanın.

Kullanım Önlemleri

- Parçalar (LCD panel ve fan gibi) uzun süre kullanıldığında bozulabilir. Bunların normal şekilde çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Uzun süre aynı görüntü görüntülendikten sonra ekran görüntüsü değiştirildiğinde ardıl görüntü kalabilir. Aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesinden kaçınmak için ekran koruyucu veya güç tasarruf işlevini kullanın. Görüntülenen görüntüye bağlı olarak, kısa bir süre geçmiş olsa bile ardıl görüntü belirebilir. Böyle bir durumu önlemek için, görüntüyü değiştirin veya gücü birkaç saat kapalı tutun.
- Monitör ekranının dengelenmesi yaklaşık birkaç dakika sürer. Monitörü kullanmadan önce, monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan sonra lütfen birkaç dakika veya daha uzun süre bekleyin.
- Monitör, uzun süre boyunca sürekli görüntüleme yaparsa lekeler veya ekran yanması görülebilir. Monitörün ömrünün mümkün olduğunca uzatılması için, monitörün düzenli olarak kapatılmasını öneririz.
- LCD panelin arka aydınlatması sabit bir kullanım ömrüne sahiptir. Uzun süre sürekli kullanmak gibi kullanım davranışlarına bağlı olarak, arka aydınlatmanın ömrü kısalabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekran kararmaya veya titremeye başladığında lütfen yerel EIZO temsilcinize başvurun.
- Ekranda kusurlu pikseller veya az sayıda ışık noktaları olabilir. Bu, LCD panelin kendi özelliklerinden kaynaklanmaktadır; ürünün arızalandığını göstermez.
- Enterferans patenleri vb. ekran arızalarına neden olabileceğinden LCD panelin yüzeyine veya dış çerçevesine kuvvetli bir şekilde bastırmayın. LCD panel yüzeyine sürekli basınç uygulanırsa sıvı kristal bozulabilir veya LCD panel hasar görebilir. (LCD panel üzerinde basınç izleri kalırsa, monitörü siyah veya beyaz ekranda bırakın. Belirti kaybolabilir.)
- LCD panelin hasar görmesine neden olabileceğinden, LCD paneli keskin bir nesne ile çizmeyin veya üzerine bastırmayın. Paneli çizebileceğinden, kağıt mendil ile ovmaya çalışmayın.
- Yerleşik kalibrasyon sensörüne (Entegre Ön Sensör) dokunmayın. Aksi takdirde ölçüm doğruluğunu azaltabilir veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

- Ortama bağılı olarak yerleşik aydınlık sensörüyle ölçülen değer, bağımsız bir aydınlık ölçerde gösterilen değerden farklı olabilir.
- Soğuk bir odaya getirildiğinde, sıcaklık aniden yükseldiğinde veya soğuk bir odadan ılık bir odaya taşındığında, bu ürünün yüzeyinde veya iç kısmında çiy yoğuşması meydana gelebilir. Bu durumda ürünü açmayın. Çiy yoğuşması kaybolana kadar bekleyin; aksi takdirde ürün hasar görebilir.

Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin

Kalite kontrolü

- Monitörlerin ekran kalitesi, giriş sinyallerinin kalite seviyesinden ve ürün bozulmasından etkilenir. Uygulamanıza yönelik tıbbi standartlara / yönergeler uymak için görsel kontroller ve periyodik sağlamlık testleri (gri ölçeği kontrolü dahil) yapın ve gerekirse kalibrasyon uygulayın. RadiCS (isteğe bağılı) monitör kalite kontrol yazılımı, tıbbi standartlara/yönergelere uygun kalite kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar.
- Monitörde kalite kontrol, kalibrasyon veya ekran ayarı için çeşitli testler gerçekleştirmeden önce, monitör açıldıktan veya güç tasarruf modundan çıkarıldıktan sonra lütfen 15 dakika veya daha uzun süre bekleyin.
- Monitörlerin, aydınlatma gücündeki uzun süreli kullanımdan kaynaklı değişiklikleri azaltmak ve stabil bir parlaklık elde etmek için önerilen veya daha düşük bir seviyeye ayarlanmasını öneririz.
- Entegre kalibrasyon sensörünün (Entegre Ön Sensör) ölçüm sonuçlarını ayrıca satılan bir harici sensör ile uygun şekilde ayarlamak için RadiCS (isteğe bağılı aksesuar) / RadiCS LE (dahil) kullanarak Entegre Ön Sensör ile harici sensör arasında korelasyon oluşturun. Düzenli korelasyon, Entegre Ön Sensörünün ölçüm sonucunu harici sensöre eşdeğer bir düzeyde tutabilmenize yardımcı olacaktır. Bu ürünün Entegre Ön Sensörünün doğruluğu, fabrika ayarında dikey ekran için optimize edilmiştir. Yatay ekranda Entegre Ön Sensörü kullanarak kalite kontrolü yaparken, korelasyonu mutlaka yatay ekranda gerçekleştirin. Korelasyona ilişkin ayrıntılar için RadiCS/RadiCS LE Kullanma Talimatlarına bakın.

Dikkat

- İşletim hatası veya beklenmeyen ayar değişikliği nedeniyle monitörün ekran durumu beklenmedik şekilde değişebilir. Monitörün ekranını ayarladıktan sonra monitörün çalıştırma anahtarları kilitli şekilde kullanılması önerilir. Ayarla ilgili bilgiler için Kurulum Kılavuzuna (CD-ROM'da bulunur) bakın.

Temizleme

- Ürünün yeni görünmesi ve kullanım ömrünün uzaması için periyodik olarak temizlenmesi önerilir.
- Ürün üzerindeki kiri az miktarda su veya suyla seyreltilmiş hafif bir deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle nazıkçe silin.

Dikkat

- Ürüne zarar verebileceğinden asla tiner, benzen, cila ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Dezenfeksiyon için alkol veya diğer kimyasalların kullanılması çatlaklara, parlaklıkta değişikliklere, renk değişikliğine, solmaya veya görüntü kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Ürünü kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.
 - Kimyasalların ürünle doğrudan temas etmesine izin vermeyin.
 - Çok fazla sıvı içerebileceğinden, kimyasal çözelti emdirilmiş ıslak mendiller kullanmayın.
 - Kimyasalların boşluklara veya ürünün içine girmesine izin vermeyin.
- Temizlik ve dezenfeksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın. Kontrol edilmesi: www.eizoglobal.com sitesin erişin ve sitenin arama kutusuna "disinfect" yazarak arayın

Kimyasallarla dezenfeksiyon

- Temizleme solüsyonu ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak nazikçe silin. Ürünü dezenfekte ederken, EIZO tarafından test edilmiş kimyasalların kullanılması önerilir (aşağıdaki tabloya bakın). Bu kimyasallar kullanılsa da ürünün hasar görmeyeceğinin veya bozulmayacağına garanti olmadığı unutmayın.

Sınıflandırma	Kimyasal tip	Konsantrasyon
Alkoller	Etanol	%70 hacim/hacim
Alkoller	İzopropanol	%70 hacim/hacim
Klor bazlı	Sodyum hipoklorit	%0,1
Amfoterik sürfaktanlar	Alkildiaminoetilglisin hidroklorür	%0,2
Kuaterner amonyum tuzu	Benzalkonyum klorür	%0,2
Biguanid	Klorheksidin glukonat	%0,1
Oksitleyici madde	Hızlandırılmış hidrojen peroksit çözeltisi	%0,5

Monitörü Rahatça Kullanmak İçin

- Aşırı karanlık veya parlak ekran gözlerinize zarar verebilir. Monitör parlaklığını çevresel koşullara göre ayarlayın.
- Monitöre uzun bir süre bakmak gözlerinizi yorar. Saat başı 10 dakika dinlenin.
- Ekranı uygun bir mesafeden ve uygun bir açıyla bakın.

Siber Güvenlik Uyarıları ve Sorumluluklar

- Üretici yazılımı güncellemesi, EIZO Corporation veya dağıtıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- EIZO Corporation veya dağıtıcısı üretici yazılımının güncellenmesini isterse derhal güncelleyin.

İÇERİK

ÖNLEMLER	3
Önemli	3
Dikkat Açıklamasının Yeri	3
Ürün üzerindeki simgeler	3
UYARI	5
DİKKAT	8
Bu monitör için uyarı	10
Kullanım Endikasyonları.....	10
Kullanım Önlemleri	10
Monitörü Uzun Süre Kullanmak İçin	11
Kalite kontrolü	11
Temizleme	11
Kimyasallarla dezenfeksiyon.....	12
Monitörü Rahatça Kullanmak İçin	12
Siber Güvenlik Uyarıları ve Sorumluluklar	12
1 Giriş	15
1.1 Özellikler	15
1.1.1 Basit kablolama.....	15
1.1.2 Hibrit tek renkli ve renkli ekran.....	15
1.1.3 PinP işlevi için destek	15
1.1.4 Kalite kontrolü	16
1.1.5 USB Type-C® (bundan böyle USB-C® olarak anılacaktır) hızlı şarj fonksiyonu ile donatılmıştır	16
1.1.6 Yer tasarrufu sağlayan tasarım.....	17
1.1.7 Fare ile klavyeden monitörü çalıştırma	17
1.2 Paket İçeriği	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 RadiCS LE'yi kullanmak için	19
1.3 Kontroller ve İşlevler.....	20
1.3.1 Ön	20
1.3.2 Arka.....	21
2 Kurulum / Bağlantı	22
2.1 Kurulumdan önce	22
2.1.1 Kurulum koşulları	22
2.2 Kabloların Bağlanması	23
2.3 Gücü Açma	27
2.4 Ekran Yüksekliği ve Açısını Ayarlama.....	27

3 Görüntü Yok Sorunu	28
4 Özellikler	30
4.1 Özellikler Listesi	30
4.1.1 Tip	30
4.1.2 LCD Panel.....	30
4.1.3 Video Sinyalleri	30
4.1.4 USB.....	31
4.1.5 Güç	31
4.1.6 Fiziksel Özellikler	31
4.1.7 Çalışma Ortamı Gereksinimleri.....	31
4.1.8 Taşıma / Depolama Koşulları.....	31
4.2 Uyumlu Çözünürlükler	32
4.3 Aksesuarlar	32
Ek Bölüm	33
Tıbbi Standart.....	33
Ekipman Sınıflandırması	33
EMC Bilgileri.....	34
Amaçlanan Kullanım Ortamları	34
Teknik Açıklamalar.....	35

1 Giriş


Bir EIZO renkli LCD monitör tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

1.1 Özellikler

1.1.1 Basit kablolama

DisplayPort™ giriş terminaline ek olarak, bir çıkış terminali de sağlanmıştır.

Çıkış terminalinden (DP) farklı monitöre bir sinyal çıkarılabilir.




1.1.2 Hibrit tek renkli ve renkli ekran

Hybrid Gamma PXL (Hibrit Gama PXL) işlevi etkinleştirildiğinde, bu ürün bir görselin tek renkli ve renkli kısımları arasında piksel düzeyinde otomatik olarak ayırım yaparak, bunları en iyi geçişlerle gösterebilir.

1.1.3 PinP işlevi için destek

Ana video girişinin haricindeki bir video sinyali girişinin aynı anda bir alt pencerede görüntülenmesini sağlayan PinP (Picture in Picture - resim içinde resim) işlevine sahiptir. PinP alt penceresi gerektiğinde görüntülenebilir ya da gizlenebilir.



1.1.4 Kalite kontrolü


- Bu monitörde yerleşik bir kalibrasyon sensörü (Entegre Ön Sensör) bulunmaktadır. Bu sensör, monitörün kalibrasyonu (SelfCalibration) ve Gri Ölçeği Kontrolünü bağımsız olarak yapmasını sağlar.



- Cihazla birlikte temin edilen RadiCS LE'yi kullanarak monitör kalibrasyonu ve geçmiş yönetimi işlemlerini yapabilirsiniz.
- RadiCS monitör kalite kontrol yazılımı, tıbbi standartlara/yönergelere uygun kalite kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar.


1.1.5 USB Type-C® (bundan böyle USB-C® olarak anılacaktır) hızlı şarj fonksiyonu ile donatılmıştır

Bu durum, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kısa sürede şarj etmenizi sağlar.



1.1.6 Yer tasarrufu sağlayan tasarım

Birden fazla USB konektörü (yukarı yönlü) mevcuttur. Bir USB aygıtı seti (fare, klavye vb.) kullanarak birden fazla bilgisayarı çalıştırabilirsiniz.



Dikkat

- Ürün için yalnızca bir USB kablosu dahildir. Yukarıda açıklandığı gibi bağlarken, lütfen gerekli sayıda kabloyu ayrı ayrı hazırlayın.

1.1.7 Fare ile klavyeden monitörü çalıştırma

RadiCS/RadiCS LE monitör kalite kontrol yazılımı kullanarak, fare ve klavye ile aşağıdaki monitör işlemlerini yapabilirsiniz:

- CAL Switch modlarına geçiş yapma
- Giriş sinyalleri arasında geçiş yapma
- Herhangi bir CAL Geçiş modunu ekranın bir kısmına atayarak resmi görüntüleyen işlev (Seç ve Odakla)
- PinP alt penceresini görüntüleme veya gizleme (Hide-and-Seek)
- USB aygıtlarını kullanan bilgisayarlar arasında geçiş yapma (Switch-and-Go)
- Güç tasarruf moduna girme (Backlight Saver)
- Tanı görüntülerinin görünürlüğünü iyileştirmek için parlaklığı geçici olarak artıran bir özelliktir (Instant Backlight Booster)

Not

- RadiCS/RadiCS LE yazılımı PinP alt penceresini görüntülemenize veya gizlemenize ve USB aygıtlarını aynı anda çalıştırmak için kullanılan bilgisayarı değiştirmenize izin verir. Kurulum prosedürü hakkında daha fazla bilgi için, RadiCS/RadiCS LE Kullanma Talimatlarına bakın.

1.2 Paket İçeriği

Pakette aşağıdaki tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bunlardan herhangi biri eksik veya hasarlıysa, bayiniz veya yerel EIZO temsilcinizle temasa geçin.

Not

- Kutu ve ambalaj malzemelerini, bu ürünün taşıma veya nakliyesinde kullanmak üzere saklamanız önerilir.


- Monitör
- Güç kablosu



- Dijital sinyal kablosu (DisplayPort - DisplayPort): PP300



- USB 2.0 kablosu (USB-A - USB-B): UU300



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Kullanma Talimatları

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM aşağıdaki öğeleri içerir. Yazılım çalıştırma prosedürleri veya dosya başvurusu prosedürleri için diskteki "Readme.txt" dosyasına bakın.

- Readme.txt dosyası
- RadiCS LE monitör kalite kontrol yazılımı (Windows için)
- Kullanıcı Kılavuzu
 - Bu monitörün Kullanma Talimatları
 - Monitör Kurulum Kılavuzu
 - RadiCS LE Kullanma Talimatları
- Dış Boyutlar

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE, aşağıdaki kalite kontrol ve monitör işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Yazılım veya kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için, RadiCS LE Kullanma Talimatlarına bakın.

Kalite kontrolü

- Kalibrasyon yürütme
- Test sonuçlarını bir listede görüntüleme ve test raporu oluşturma
- SelfCalibration hedef ve yürütme çizelgesini ayarlama

Monitör işlemleri

- CAL Switch modlarına geçiş yapma
- Giriş sinyalleri arasında geçiş yapma
- Herhangi bir CAL Geçiş modunu ekranın bir kısmına atayarak resmi görüntüleyen işlev (Seç ve Odakla)
- PinP alt penceresini görüntüleme veya gizleme (Hide-and-Seek)
- USB aygıtlarını kullanan bilgisayarlar arasında geçiş yapma (Switch-and-Go)
- Güç tasarruf moduna girme (Backlight Saver)
- Tanı görüntülerinin görünürlüğü iyileştirmek için parlaklığı geçici olarak artıran bir özelliktir (Instant Backlight Booster)
- Metin moduna ayarlandığında ortam ışığıyla eşleştirmek için monitör parlaklığını otomatik olarak ayarlayan bir özelliktir (Auto Brightness Control)

Dikkat

- RadiCS LE teknik özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. RadiCS LE'nin son sürümü web sitemizden indirilebilir: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 RadiCS LE'yi kullanmak için

RadiCS LE'nin kurulum ve kullanımıyla ilgili bilgi için RadiCS LE Kullanma Talimatlarına (CD-ROM'da) bakın.

RadiCS LE'yi kullanırken, monitörü birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Monitörü bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [2.2 Kabloların Bağlanması](#) [23].


1.3 Kontroller ve İşlevler

1.3.1 Ön



1. Entegre Ön Sensörü (Hareket ettirilebilir)	Kalibrasyon ve Gri Ölçeği Kontrolü yapmak için bu sensör kullanılır.
2. Aydınlik Sensörü	Bu sensör ortam aydınlığını ölçer. Ortam aydınlığı ölçümü, RadiCS / RadiCS LE kalite kontrol yazılımı kullanılarak yapılır.
3. Çalıştırma anahtarları	Çalıştırma kılavuzunu görüntüler. Menüleri çalıştırma kılavuzuna göre ayarlar.
4. Güç anahtarı	Gücü açar ya da kapatır. Gücü açtığınızda anahtar göstergesi yanar. Gösterge rengi monitörün çalışma durumuna bağlı olarak farklılaşır. Yeşil: Normal çalışma modu, Turuncu: Güç tasarruf modu, Kapalı: Şebeke gücü veya güç kapalı

1.3.2 Arka



1. Tutacak	Tutacak taşımak için kullanılır. Dikkat Monitörü taşırken tutacaktan ve alt kısmından sıkıca tutun, LCD panele baskı uygulamayın veya monitörü düşürmeyin. Monitörün ön kısmındaki sensör kısmından tutmayın.
2. Ayaklık	Monitörün yüksekliğini ve açısını ayarlar (eğim, açı ve döndürme).
3. USB-C konektör (yalnızca hızlı şarj)	Akıllı telefon veya tablet bağlayabilir ve şarj edebilirsiniz. Dikkat Video sinyallerini veya veri iletimini desteklemez
4. USB-A konektörü (aşağı yönlü)	Bir USB aygıtına bağlanır. Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlamak için, kabloyu başka bir monitörün USB yukarı yönlü portuna bağlayın.
5. Kablo tutucu	Kabloların düzenli bir şekilde toparlanmasını sağlar.
6. Güvenlik kilidi yuvası	Kensington MicroSaver güvenlik sistemiyle uyumludur.
7. Şebeke güç anahtarı	Şebeke gücünü açar veya kapatır. ○ : Kapalı, : Açık
8. USB-B konektörü (yukarı yönlü)	USB bağlantısı gerektiren yazılım kullanılırken veya bu ürünün USB hub işlevi kullanılırken bir bilgisayara bağlanır.
9. DVI-D konektörü	Bir bilgisayarı DVI çıkışına bağlar.
10. DisplayPort giriş konektörü	Bir bilgisayarı DisplayPort çıkışına bağlar.
11. DisplayPort çıkış konektörü	Bir papatya dizimi bağlantısı ayarlamak için, kabloyu başka bir monitörün DisplayPort girişine bağlayın.
12. Güç konektörü	Güç kablosunu bağlar.

2 Kurulum / Bağlantı

2.1 Kurulumdan önce

ÖNLEMLER [► 3] sayfasını dikkatlice okuyun ve her zaman talimatlara uyun.

Bu ürünü lake kaplı bir masa üzerine yerleştirirseniz kauçuğun yapısı nedeniyle renk ayaklığın alt kısmına nüfuz edebilir. Kullanmadan önce masa yüzeyini kontrol edin.

2.1.1 Kurulum koşulları

Monitörü bir raf üzerine kurarken, monitörün yanlarında, arkasında ve üstünde yeterli boş alan olduğundan emin olun.

Dikkat
• Monitörü, ekranla parazit yapacak bir ışığın alınmayacağı şekilde yerleştirin.

2.2 Kabloların Bağlanması


Dikkat

- Bağlamadan önce monitör, bilgisayar ve çevre birimlerin kapalı olduğundan emin olun.
- Mevcut monitörü bu monitör ile değiştirirken, bilgisayara bağlamadan önce çözünürlük ve dikey tarama frekansına yönelik bilgisayar ayarlarını bu monitör için kullanılan ayarlarla değiştirmek üzere [4.2 Uyumlu Çözünürlükler](#) [► 32] bölümüne bakın.
- Kablolar zor takılıyorsa ekranın açısını ayarlayın.

1. Sinyal kablolarını bağlayın.

Konektörlerin şeklini kontrol edin ve kabloları bağlayın. DVI kablosunu bağladıktan sonra konektörü sabitlemek için bağlayıcıları sıkın.

Tekli pencere görüntüsünde



Dikkat


- Monitörün DisplayPort konektörleri giriş ve çıkış konektörlerinden oluşur. Monitörü bir bilgisayara bağlarken, kabloyu giriş konektörüne bağlayın.
- Birden fazla bilgisayara bağlayacağınız zaman giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).

Not

- Kablolar zor takılıyorsa ekranın açısını ayarlayın.

PinP (Alt pencere) görüntüsünde

Örnek: Ana ekran DisplayPort 1, alt pencere DisplayPort 2'dir




*1 Bu ürüne yalnızca bir kablo dahildir. İki kablo kullanıyorsanız lütfen bunları ayrı ayrı hazırlayın.

Dikkat

- PinP (Alt pencere) görüntüsünü elde etmek için Ayar menüsünde "PinP" ayarını yapmanız gerekir. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- DVI sinyali tek bir ekranda görüntülenirse PinP (Alt pencere) görüntü işlevi kullanılamaz.


Bir papatya dizimi bağlantısı kullanarak diğer monitörleri bağlarken

DisplayPort 1 konektörüne gelen sinyal girişi, başka bir monitöre çıkış yapılabilir.

**Dikkat**

- Papatya dizimi bağlantısı için kullanılabilen monitörler ve grafik kartlarıyla ilgili bilgiler için EIZO web sitesini ziyaret edin: (www.eizoglobal.com)
- Bir papatya dizimi bağlantısı kullanıldığında, kabloyu giriş konektörüne bağlayın.
- Bir papatya dizimi bağlantısı kurmak için Administrator Settings (Yönetici Ayarları) menüsünden "Signal Format" - "DisplayPort 1" ögesini seçmeniz ve "Version" seçeneğini "1.2" olarak ayarlamanız gerekir. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- Sinyal kablosunu bağlamadan önce çıkış konektörünün kapağını çıkarın.


2. Güç kablosunu bir elektrik prizine ve monitördeki güç konektörüne takın.
Güç kablosunu monitöre tam olarak takın.
3. RadiCS / RadiCS LE kullanıyorsanız veya monitöre USB aygıtları (USB uyumlu çevre birimler) bağlıyorsanız monitörün USB-B konektöründen bilgisayarın USB-A konektörüne bir USB 2.0 kablosu bağlayın.

**Dikkat**

- Monitörü RadiCS / RadiCS LE'nin yüklü olduğu bir bilgisayara bağlarken, kabloyu USB-B 1 () ögesine bağlayın.
- USB-B 2 () kullanacaksanız kullanmadan önce kapağı çıkarın. Ayrıca Ayar menüsündeki "USB Selection" ayarını değiştirin (bkz. Kurulum Kılavuzunda "USB Selection").

Not

- Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki bilgisayarı iki monitöre bağlayarak, hangi bilgisayarın USB aygıtlarını çalıştıracağını değiştirebilirsiniz.
- Ürüne yalnızca bir adet USB 2.0 kablosu (UU300) dahildir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlantı için gerekli sayıda kabloyu ayrı ayrı hazırlayın.
- USB aygıtlarını kullanan PC'ler arasında geçiş yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kurulum Kılavuzuna (CD-ROM'da bulunur) bakın.



2.3 Gücü Açma

1. Monitörün gücünü açmak için  ögesine dokununuz.
Monitörün güç anahtarı göstergesi yeşil renkte yanar.
Gösterge yanmazsa bkz. [3 Görüntü Yok Sorunu](#) ► 28].

Not

- Monitör gücü kapalıyken  haricindeki bir çalıştırma anahtarına dokunduğunuzda,  yanıp sönmeye başlayarak size güç anahtarının nerede olduğunu bildirir.

2. Bilgisayarı açın.
Ekran görüntüsü görüntülenir.
Bir görüntü görünmezse daha fazla öneri almak için [3 Görüntü Yok Sorunu](#) ► 28] kısmına bakın.

Dikkat


- İlk kez bağlantı sağlarken veya bağlantı yöntemini değiştirirken, çözünürlük ve görüntü ölçeği gibi görüntü ayarları uygun olmayabilir. PC'nin doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
- Güç tasarrufu için Güç düğmesinin kapatılması önerilir. Monitör kullanılmadığı zaman, ana güç beslemesini kapatabilir veya gücü tamamen kesmek için elektrik fişini çekebilirsiniz.

Not

- Parlaklık bozulmasını engelleyerek monitörün kullanım ömrünü maksimize etmek ve güç tüketimini azaltmak için aşağıdakileri uygulayın:
 - Bilgisayarın veya monitörün güç tasarruf işlevini kullanın.
 - Kullandıktan sonra monitörü kapatın.

2.4 Ekran Yüksekliği ve Açısını Ayarlama

Monitörün üst ve alt veya sol ve sağ kenarlarını her iki elinizle tutun ve ekranın yüksekliğini, eğimini ve açısını görevleri gerçekleştirmek için optimum konuma uygun olarak ayarlayın.



Dikkat

- Ayarlama bittikten sonra, kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Yüksekliği ve açığı ayarladıktan sonra, kabloları kablo tutucunun içinden geçirin.

3 Görüntü Yok Sorunu

Güç anahtarı göstergesi yanmıyor

- Güç kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Sol taraftaki şebeke güç anahtarını açın.
-  düğmesine dokununuz.
- Sol taraftaki şebeke güç anahtarını kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.

Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Yeşil

- Ayar menüsünde "Brightness", "Contrast" veya "Gain" değerlerini artırın. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- Sol taraftaki şebeke güç anahtarını kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.

Güç anahtarı göstergesi yanıyor: Turuncu


- Giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- Fareyi hareket ettirin veya klavyede herhangi bir tuşa basın.
- Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Giriş sinyalinde "DisplayPort 1" seçildiğinde  ögesine, "DisplayPort 2" seçildiğinde ise  ögesine bağlanın. , papatya dizimi bağlantı kurulduğunda çıkış için kullanılır.
- Monitörün sol tarafındaki şebeke güç anahtarını kapatın ve tekrar açın.

Güç anahtarı göstergesi yanıp sönüyor: Turuncu, Yeşil

- EIZO tarafından belirtilen sinyal kablosuyla bağlanın. Monitörün sol tarafındaki şebeke güç anahtarını kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.
- Sinyal kablosu DisplayPort 1'e () bağlıysa DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).

Ekranada "No Signal" mesajı görüntüleniyor


Örnek:



- Bazı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için yukarıda gösterilen mesaj belirebilir.
- Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sinyal kablolarını ilgili giriş sinyali konektörlerine bağlayın.
- Giriş sinyalini değiştirin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- Sinyal kablosu DisplayPort 1'e (DP1) bağlıysa DisplayPort sürümünü değiştirmeyi deneyin. Ayrıntılar için Kurulum Kılavuzuna bakın (CD-ROM'da).
- Sinyal kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sinyal kablosu DisplayPort sinyalinin girişi için DP1 veya DP2 ögesine bağlı mı? DP, bir papatya dizimi bağlantısı ayarlandığında çıkış için kullanılır.
- Monitörün sol tarafındaki şebeke güç anahtarını kapatın ve tekrar açın.

Ekranada "Signal Error" mesajı görüntüleniyor

Örnek:



- Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekans gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (bkz. [4.2 Uyumlu Çözünürlükler \[► 32\]](#)).
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Ayrıntılar için grafik kartının Kullanım Kılavuzuna bakın.

4 Özellikler

4.1 Özellikler Listesi

4.1.1 Tip

RX570	Parlaklık Önleyici
RX570-AR	Yansıma Önleyici

4.1.2 LCD Panel

Tip	Renkli (IPS)
Arka Aydınlatma	LED
Boyut	21,3 inç (54,1 cm)
Çözünürlük	2048 nokta x 2560 satır
Ekran Boyutu (Y x D)	337,9 mm x 422,4 mm
Piksel Aralığı (Y x D)	0,165 mm x 0,165 mm
Ekran Renkleri	10 bit renk (DisplayPort): 1,07 milyara kadar renk (yaklaşık 543 milyar renk içeren bir paletten) 8 bit (DisplayPort ^{*1} /DVI): 16,77 milyon renk (543 milyar renk içeren bir paletten)
Görüntüleme Açısı (Y/D, tipik)	178° / 178°
Önerilen Parlaklık	500 cd/m ²
Kontrast Oranı (tipik)	2200:1
Tepki süresi (tipik)	25 ms (siyah -> beyaz -> siyah)

*1 PinP alt penceresi görüntülendiğinde

4.1.3 Video Sinyalleri

Giriş Terminalleri		DisplayPort x 2, DVI-D (çift bağlantı) x 1
Çıkış Terminalleri		DisplayPort x 1
Yatay Tarama Frekansı		31 kHz – 135 kHz
Dikey Tarama Frekansı*1	DisplayPort	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz, 2560 x 2048: 23 Hz – 51 Hz)
	DVI	59 Hz - 61 Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz, 2560 x 2048: 24 Hz - 51 Hz)
Kare Senkronizasyon modu		23,5 Hz – 25,5 Hz, 47,0 Hz – 51,0 Hz
Saat frekansı	DisplayPort	25 MHz – 290 MHz
	DVI	25 MHz – 290 MHz

*1 Desteklenen dikey tarama frekansı çözünürlüğe bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için bkz. [4.2 Uyumlu Çözünürlükler](#) [► 32].

4.1.4 USB

Portlar	Yukarı yönlü	USB-B x 2
	Aşağı yönlü	USB-A x 2
	Yalnızca Şarj	USB-C x 1 ^{*1}
Standart		USB Specification Revision 2.0
Besleme Akımı	Aşağı yönlü (USB-A)	Maks. 500 mA/port
	Yalnızca Hızlı Şarj (USB-C) ^{*1}	Maks. 15 W (5 V/3 A)

*1 Yalnızca şarj içindir. Video sinyallerini veya veri iletimini desteklemez

4.1.5 Güç

Giriş	100–240 VAC $\pm$ %10, 50/60 Hz 1,20–0,50 A
Maksimum Güç Tüketimi	115 W veya daha az ^{*1}
Güç Tasarruf Modu	1,0 W veya daha az ^{*2}
Bekleme Modu	1,0 W veya daha az ^{*3}

*1 "CAL Switch Mode": "4-Custom", "Brightness": "100%", Harici yük bağlantısı

*2 DisplayPort 1 girişi kullanıldığında ve USB yukarı yönlü port bağlı olmadığında, "DP Power Save": "On", harici yük bağlı değildir

*3 USB yukarı yönlü port bağlı olmadığında, "DP Power Save": "On", harici yük bağlı değildir

4.1.6 Fiziksel Özellikler

Boyutlar (G x Y x D)	354,5 mm x 476,0 mm — 566,0 mm x 200,0 mm (Eğim: 0°) 354,5 mm x 504,6 mm — 594,6 mm x 264,1 mm (Eğim: 30°)
Boyutlar (G x Y x D) (Ayaklık Olmadan)	354,5 mm x 452,0 mm x 78,0 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 7,6 kg
Net Ağırlık (Ayaklık Olmadan)	Yaklaşık 4,8 kg
Yükseklik Ayarlama Aralığı	90 mm (Eğim: 0°)
Eğim	Yukarı 30°, aşağı 5°
Açı	70°
Dönme	90° (Saat Yönünde)

4.1.7 Çalışma Ortamı Gereksinimleri

Sıcaklık	0 °C–35 °C
Nem	%20–%80 B.N. (çiy yoğuşması yok)
Hava Basıncı	540 hPa–1060 hPa

4.1.8 Taşıma / Depolama Koşulları

Sıcaklık	-20 °C–60 °C
Nem	%10–%90 B.N. (çiy yoğuşması yok)
Hava Basıncı	200 hPa–1060 hPa

4.2 Uyumlu Çözünürlükler

Monitör aşağıdaki çözünürlükleri destekler.

✓: Desteklenir, -: Desteklenmez

Çözünürlük	Dikey tarama frekansı (Hz)	DisplayPort				DVI			
		Dikey		Yatay		Dikey		Yatay	
		Tekli pencere görüntüsü	PinP görüntüsü	Tekli pencere görüntüsü	PinP görüntüsü	Tekli pencere görüntüsü	PinP görüntüsü	Tekli pencere görüntüsü	PinP görüntüsü
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	49,910	-	✓ ^{*1}	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-
1200 x 1920	49,952	-	✓	-	-	-	✓	-	-
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	49,915	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-	✓ ^{*1}
1600 x 1200	60,000	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
1920 x 1200	49,932	-	-	-	✓	-	-	-	✓
2048 x 2560	24,962	-	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-
2048 x 2560	48,000	✓ ^{*1, 2}	-	-	-	-	-	-	-
2048 x 2560	49,698	-	-	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-
2048 x 2560	50,011	✓ ^{*1}	-	-	-	-	-	-	-
2560 x 2048	24,974	-	-	-	-	-	-	✓ ^{*1}	-
2560 x 2048	48,000	-	-	✓ ^{*1, 2}	-	-	-	-	-
2560 x 2048	49,966	-	-	✓ ^{*1}	-	-	-	✓ ^{*1}	-

*1 Önerilen çözünürlük

*2 Yalnızca "Administrator Settings" - "Signal Format" - "DisplayPort 1", "1.2" olduğunda desteklenir

4.3 Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar ayrı olarak temin edilebilir.

İsteğe bağlı aksesuarlar hakkındaki en son bilgiler için ve en yeni uyumlu grafik kartı hakkındaki bilgiler için web sitemize bakın.

(www.eizoglobal.com)

Kalibrasyon Kiti	RadiCS UX2 Sürüm 5.2.0 veya üzeri RadiCS Version Up Kit Sürüm 5.2.0 veya üzeri
Ağ KK Yönetimi Yazılımı	RadiNET Pro Sürüm 5.2.0 veya üzeri
Okuma Salonları için Comfort Light	RadiLight
Kol	AAH-02B3W LA-011-W
Panel Koruyucu	RP-918
İnce İstemci veya Mini PC için VESA Adaptör	PCSK-R1
Sinyal Kablosu (DVI-D - DVI-D)	DD200DL

Ek Bölüm

Tıbbi Standart

- Son sistemin IEC60601-1 gereksinimleriyle uyumlu olması gerekir.
- Güç beslemeli cihazlar, monitörü etkileyebilen, sınırlayabilen ya da arızalanmasına neden olabilen elektromanyetik dalgalar yayabilir. Cihazı, böyle etkilerin önlendiği denetimli bir ortama kurun.

Ekipman Sınıflandırması

- Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf I
- EMC sınıfı: IEC60601-1-2 Grup 1 Sınıf B
- Tıbbi cihaz sınıflandırması (AB): Sınıf I
- Çalışma şekli: Sürekli
- IP Sınıfı: IPX0

EMC Bilgileri

RadiForce serisi, tıbbi görüntüleri düzgün şekilde görüntüleyebilir.

Amaçlanan Kullanım Ortamları

RadiForce serisi aşağıdaki ortamlarda kullanıma yöneliktir

- Klinikler veya hastaneler gibi profesyonel sağlık bakım tesisi ortamları

RadiForce serisinin aşağıdaki ortamlarda kullanılması uygun değildir:

- Evdeki sağlık bakım ortamları
- Elektrocerrahi bıçaklar gibi yüksek frekanslı cerrahi ekipmanların yakınında
- Kısa dalga tedavi ekipmanlarının yakını
- MRI için RF korumalı tıbbi ekipman sistemleri odası
- Korumalı yerde Özel ortamlar
- Ambulanslar dahil araçlarda kurulu olarak
- Diğer özel ortamlar

UYARI

- RadiForce serisi EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir ve bunlara göre kurulmalıdır. Bu belgedeki EMC bilgilerini ve "ÖNLEMLER" bölümünü dikkatle okumanız ve ürünü kurarken ve çalıştırırken aşağıdaki talimatlara uymanız gereklidir.

UYARI

- RadiForce serisi cihazlar, diğer cihazlarla bitişik halde veya üst üste konumda kullanılmamalıdır. Bitişik veya üst üste konumda kullanım zorunluysa, cihaz veya sistem, kullanılacağı konfigürasyonda normal çalıştığını doğrulamak için gözlenmelidir.

UYARI

- Taşınabilir bir RF iletişim ekipmanı kullanırken, RadiForce serisinin kablolar dahil her parçasından 30 cm (12 inç) veya üzeri uzaklıkta tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında bozulma meydana gelebilir.

UYARI

- Bir kişi bir tıbbi sistemi ayarlarken sinyal giriş kısmı veya sinyal çıkış kısımlarına ek bir ekipman bağlarsa sistemin IEC60601-1-2 gereksinimleriyle uyumlu olmasından bu kişi sorumludur.

UYARI

- RadiForce serisini kullanırken sinyal giriş/çıkış konektörlerine dokunmayın. Yoksa gösterilen görüntü etkilenebilir.

UYARI

- Ürüne takılı veya EIZO tarafından önerilen kabloları kullandığınızdan emin olun. Bu ekipmanda EIZO tarafından önerilenin dışında kabloların kullanılması, bu ekipmanın elektromanyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve yanlış çalışmaya neden olabilir.

Sinyal bağlantı noktası	Maks. Kablo Uzunluğu	Koruma	Ferrit Çekirdek	Önerilen kablo
DisplayPort	3 m	Korumalı	Ferrit Çekirdeksiz	PP300
DVI-D	3 m	Korumalı	Ferrit Çekirdekli	DD300DL/ DD200DL
USB-C (Yalnızca Şarj)	2 m	Korumalı	Ferrit Çekirdeksiz	-
USB-B (Yukarı yönlü)	3 m	Korumalı	Ferrit Çekirdekli	UU300/MD-C93
USB-A (Aşağı yönlü)	3 m	Korumalı	Ferrit Çekirdeksiz	-
AC girişi (veya AC giriş noktası)	3 m	Korumasız	Ferrit Çekirdeksiz	topraklama kablosu ile

Teknik Açıklamalar

Elektromanyetik emisyonlar

RadiForce serisi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma yöneliktir.

RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon testi	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
RF emisyonları CISPR11	Grup 1	RadiForce serisi cihazlar, RF enerjisini yalnızca dahili çalışması için kullanır. Bu yüzden RF emisyonları çok düşük düzeydedir ve yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir enterferansa neden olması muhtemel değildir.
RF emisyonları CISPR11	Sınıf B	RadiForce serisi, evsel tesisatlar ve evsel amaçlarla kullanılan binalara güç sağlayan kamuya ait düşük gerilimli güç beslemesi ağına doğrudan bağlı olan tesisatlar dahil olmak üzere tüm tesisatlarda kullanıma uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC61000-3-2	Sınıf D	
Gerilim dalgalanmaları / titreme emisyonları IEC61000-3-3	Uyumludur	

Elektromanyetik bağışıklık

RadiForce serisi, IEC60601-1-2'de belirtilen profesyonel sağlık bakım tesisi ortamlarında test gereksinimlerine (T) göre aşağıdaki uyumluluk seviyelerinde (C) test edilmiştir.

RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi	Test seviyesi (T)	Uyumluluk seviyesi (C)	Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
Elektrostatik boşalma (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV kontak boşalması ±15 kV hava boşalması	±8 kV kontak boşalması ±15 kV hava boşalması	Zeminler ahşap, beton veya fayans olmalıdır. Zeminler sentetik malzemeye kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır.
Elektriksel hızlı geçici rejimler / patlamalar IEC61000-4-4	±2 kV güç hatları ±1 kV giriş / çıkış hatları	±2 kV güç hatları ±1 kV giriş / çıkış hatları	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır.
Ani Gerilim Yükselmeleri IEC61000-4-5	±1 kV hattan hatta ±2 kV hattan toprağa	±1 kV hattan hatta ±2 kV hattan toprağa	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır.
Güç beslemesi giriş hatlarındaki gerilim düşüşleri, kısa kesintiler ve gerilim değişiklikleri IEC61000-4-11	%0 U_T (U_T 'de %100 düşüş) 0,5 döngü ve 1 döngü %70 U_T (U_T 'de %30 düşüş) 25 döngü / 50 Hz %0 U_T (U_T 'de %100 düşüş) 250 döngü / 50 Hz	%0 U_T (U_T 'de %100 düşüş) 0,5 döngü ve 1 döngü %70 U_T (U_T 'de %30 düşüş) 25 döngü / 50 Hz %0 U_T (U_T 'de %100 düşüş) 250 döngü / 50 Hz	Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari mekan veya hastane ortamının kalitesine denk olmalıdır. RadiForce serisi kullanıcısının, şebeke güç kesintileri esnasında çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, RadiForce serisi cihaza bir kesintisiz güç beslemesi veya pilden güç sağlanması tavsiye edilir.
Güç frekansı manyetik alanları IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari mekan veya hastane ortamındaki tipik bir konuma özgü seviyelerde olmalıdır. Ürün, kullanım sırasında güç frekansı manyetik alanları kaynağından en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

Bağışıklık testi	Test seviyesi (T)	Uyumluluk seviyesi (C)	Elektromanyetik ortam - Yönlendirme
RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen bozulmalar IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz arası 6 Vrms 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM bantları ^{*1}	3 Vrms 6 Vrms	Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, kablolar dahil olmak üzere RadiForce serisinin herhangi bir parçasına, vericinin frekansı için geçerli olan denklemden hesaplanan, önerilen ayırma mesafesinden daha yakın mesafede kullanılmamalıdır. Önerilen ayırma mesafesi $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Yayılan RF alanları IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum nominal çıkış gücüdür ve "d", metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayırma mesafesidir. Bir elektromanyetik saha çalışmasıyla ^{*2} belirlenen, sabit RF vericilerden gelen alan kuvvetleri, her bir frekans aralığındaki ^{*3} uyumluluk seviyesinden düşük olmalıdır. Aşağıdaki simgeyle işaretlenmiş ekipmanların yakınında enterferans meydana gelebilir. 

Not

- U_T , test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.
- 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.
- RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen enterferansla ilgili bu yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansıtmadan etkilenir.

^{*1} 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) bantları 6,765 MHz ile 6,795 MHz, 13,553 MHz ile 13,567 MHz, 26,957 MHz ile 27,283 MHz ve 40,66 MHz ile 40,70 MHz'dir.

^{*2} Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar için olan baz istasyonları ve kara mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorik olarak hassasiyetle tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha çalışması düşünülmelidir. RadiForce serisi cihazın kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıda verilen geçerli RF uyumluluk seviyesini aşıyorsa, normal çalıştığını doğrulamak için RadiForce serisi cihaz gözlenmelidir. Anormal çalışma gözlemlenirse, RadiForce serisi cihazın yönünü veya konumunu değiştirmek gibi ek önlemler gerekebilir.

^{*3} 150 kHz – 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'den daha düşük olmalıdır.

Taşıyabilir veya mobil RF iletişim cihazları ile RadiForce Serisi cihazlar arasındaki tavsiye edilen ayırma mesafeleri

RadiForce serisi, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında tutulduğu bir elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. RadiForce serisinin müşterisi veya kullanıcısı, taşıyabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) ile RadiForce serisi cihazlar arasında minimum bir mesafe (30 cm) bırakarak elektromanyetik enterferansı bastırabilir. RadiForce serisi, aşağıdaki RF iletişim hizmetlerinde elektromanyetik yakınlık alanı bağıışıklık testi seviyesi gereksinimleri (T) için aşağıdaki uyumluluk seviyesinde (C) test edilmiştir.

Test frekansı (MHz)	Bant genişliği ^{*1} (MHz)	Servis ^{*1}	Modülasyon ^{*2}	Test seviyesi (T) ^{*3} (V/m)	Uyumluluk seviyesi (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Darbe modülasyonu ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz sapma 1 kHz sinüs	28	28
710	704–787	LTE Bandı 13, 17	Darbe modülasyonu ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800–960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE Bandı 5	Darbe modülasyonu ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Bandı 1, 3, 4, 25; UMTS	Darbe modülasyonu ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400–2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bandı 7	Darbe modülasyonu ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Darbe modülasyonu ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Bazı hizmetler için, yalnızca yukarı bağlantı frekansları dahildir.

*2 Taşıyıcı dalga %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.

*3 Test seviyeleri, maksimum güce ve 30 cm'lik bir ayırma mesafesine göre hesaplanmıştır.

RadiForce serisi cihazın müşterisi veya kullanıcısı, RF vericiler ile RadiForce serisi arasında minimum bir mesafe (15 cm) bırakarak manyetik yakınlık alanlarından kaynaklanan enterferansı bastırır. RadiForce serisi, manyetik yakınlık alanı bağışıklık testi seviyeleri gereksinimleri (T) için aşağıdaki uyumluluk seviyelerinde (C) test edilmiştir.

Test frekansı	Modülasyon	Test seviyesi (T) (A/m)	Uyumluluk seviyesi (C) (A/m)
134,2 kHz	Darbe modülasyonu* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Darbe modülasyonu* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Taşıyıcı dalga %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilir.

Diğer taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları (vericiler) için, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı (vericiler) ile RadiForce serisi arasındaki minimum mesafe, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerilmiştir.

Vericinin maksimum nominal çıkış gücü (W)	Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi (m)		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz–800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz–2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Maksimum nominal çıkış gücü yukarıdaki listede verilmeyen vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi "d", vericinin frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak tahmin edilebilir; burada "P", verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum nominal çıkış gücüdür.

Not
80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans aralığı için olan ayırma mesafesi uygulanmalıdır. - RF alanları veya yayılan RF alanları tarafından endüklenmiş iletilen enterferansla ilgili bu yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve insanlardan kaynaklanan soğurma ve yansıtmadan etkilenir.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N503BZ
IFU-RX570